

Naše zn.: 2017/ 177350 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 22. 12. 2017

Veřejná zakázka – FN Brno modernizace perinatologického centra

Vážení,

zadavatel obdržel dne 20. 12. 2017 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem FN Brno modernizace perinatologického centra, ke kterým sděluje následující:

Část 8 Plicní ventilátor pro nasální CPAP

Dotaz č. 1:

Požadavek zadavatele - "Variabilní průtok automaticky se přizpůsobující změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách".

Účastník konstatuje, že uvedený požadavek lze splňovat, pouze pokud nastavený parametr je právě požadovaný tlak v dýchacích cestách stejně jako při jiných ventilačních režimech.

Požaduje zadavatel v návaznosti na výše uvedené, aby primární (nastavený) parametr ventilátoru v režimech CPAP a bi-level CPAP byl tlak v dýchacích cestách?

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby ventilátor v režimech CPAP a bi-level CPAP měl variabilní flow, aby tedy byl primárně nastavitelný tlak v dýchacích cestách.

Dotaz č. 2:

Vztahující se k odpovědi z 6.12. pro Část 8 Plicní ventilátor pro nasální CPAP "Dotaz č. 8"
Citace dotazu č. 8

Zadavatel požaduje v odst. IV. Technické podmínky, část 8 Plicní ventilátor pro nasální CPAP – 4 ks „Plná kompatibilita aplikačního spotřebního materiálu s již provozovanými ventilátory nCPAP Infant Flow“

Účastník je přesvědčen, že tento požadavek odporuje § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění. Tento požadavek omezuje účast renomovaných výrobců a dodavatelů plicních ventilátorů. Žádáme o jeho vypuštění.

Konec citace.

Zadavatel svou odpovědí zásadním způsobem mění původní základní požadavek na zachování kompatibility spotřebního materiálu a tím i následnou organizaci provozu vyžadující použití další řady spotřebního materiálu.

Účast více výrobců/dodavatelů není původním požadavkem omezena a na trhu je několik renomovaných výrobců/dodavatelů (nejméně 4) plnících původní zadání stejně tak, jako je více výrobců/dodavatelů spotřebního materiálu pro nCPAP obecně známého jako Infant Flow. Původní požadavek zadavatele tak neodporuje § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Vzhledem k této skutečnosti žádáme o zrušení rozhodnutí o vypuštění požadavku „Plná kompatibilita aplikačního spotřebního materiálu s již provozovanými ventilátory nCPAP Infant Flow“.

Odpověď:

Kompatibilní spotřební materiál s již na oddělení používaným spotřebním materiálem nabízí řada dalších firem a bude výhodou pro zadavatele, pokud účastník též nabídne kompatibilní spotřební materiál.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

vyřizuje: Mgr. Kateřina Láníčková, tel. 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz