

Naše zn.: 2018/1161 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 4. 1. 2018

Veřejná zakázka – Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno ve čtyřech etapách – operační světla a operační stoly II

Vážení,

zadavatel obdržel dne 29. 12. 2017 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno ve čtyřech etapách – operační světla a operační stoly II, ke kterým sděluje následující:

A- Technická specifikace společná pro části 1, 5, 8 a 11
Operační svítidla s LED technologií, stativ s třemi rameny,
Full HD kamera v těle satelitního svítidla, monitor 24“

Dotaz:

Požadavek: Ovládací panel pro kameru a světlo na zdi (sdružený) musí být určený pro vestavěné OP sály

Dotaz: Požaduje zadavatel panel na stěně (s přesahem) nebo zabudovaný do pláště sálu, tzn. že nebude zasahovat do prostoru?

Odpověď:

Ovládací panel může být sdružený nebo zvlášť pro svítidlo a zvlášť pro kameru, ale v obou případech (sdružený ovladač nebo ovladač zvlášť pro kameru a svítidlo) se musí jednat o panel pro vestavbu, tj. bez prostorového přesahu. Zadavatel nebude akceptovat ty nabídky, kde bude nabídnut ovládací panel volně přimontovatelný na stěnu sálu (s přesahem).

Dotaz:

Požadavek: Úhel natočení zobrazovacího monitoru max. 360° ve všech otočných částech nosného systému ramene monitoru se zarážkou bránící protáčení monitoru.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat úhel otáčení ramene pro monitor v rozsahu 340°? Vzhledem k tomu, že kabely pro napájení monitoru, vedení PA a datové kabely nelze jednoduše přenášet pomocí kartáčů a sběrnice v kloubech ramene, je obvyklé, že v každém kloubu jsou dorazy s omezením rozsahu právě na 340°.

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat i úhel otáčení ramene pro monitor v rozsahu 340° se zarážkou bránící přetočení monitoru.

Dotaz:

Požadavek: Možnost ovládání nožním spínačem - volitelné příslušenství

Dotaz: Ovládání kamery nožním spínačem je velice nestandardní. Funkcí pro ovládání kamery je příliš na to, aby existoval nějaký rozumný nožní ovladač. Ovládání nahrávání obrazu z kamery lze řešit jednoduchým pedálem, ale je to spíše záležitost videomanagementu.

Bude zadavatel akceptovat kameru bez nožního pedálu?

Odpověď:

Zadavatel netrvá na možnosti ovládání kamery nožním spínačem jako volitelné příslušenství a bude akceptovat i kameru bez nožního pedálu.

B- Kamery do operačních svítidel

Dotaz:

Požadavek: Ovládání kamery z panelu na zdi

Dotaz: Vzhledem k tomu, že je zakázka koncipována do rekonstruovaných prostor operačních sálů, kde jistě budou použity sendvičové vestavby, požaduje zadavatel ovládací panel, který bude zabudovaný do stěny bez prostorového přesahu?

Odpověď:

Zadavatel požaduje ovládací panel kamery, který bude zabudovaný do stěny, tj. bez prostorového přesahu. Zadavatel dále požaduje i dodání nového ovládacího panelu pro tato stávající operační světlá, zabudovaného do stěny bez prostorového přesahu.

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace bude prodloužena lhůta pro podání nabídek do 12.2.2018.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láníčková, tel. 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz