

Naše zn.: 2018/ 4970 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 10. 1. 2018

Veřejná zakázka – FN Brno modernizace perinatologického centra

Vážení,

zadavatel obdržel dne 5. 1. 2018 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem FN Brno modernizace perinatologického centra, ke kterému sděluje následující:

Část 2 Monitor životních funkcí – 15 ks

Dotaz:

S ohledem na praxi v neonatologické intenzivní péči si dovoluujeme nabídnout tyto klinicky potřebné parametry:

SpO2 – Technologie Masimo Rainbow

Obrazovka - Min. 6" barevný plně dotykový displej zobrazující min. 3 křivek, antimikrobiální, odolný, multi-dotykové ovládání gesty

Baterie - Uživatelsky vyjímatelný akumulátor na minimálně 5 hodin provozu, automatické dobíjení při připojení monitoru k lůžkovému monitoru na novorozenecké JIP a v samostatné dokovací stanici

Váha a Odolnost - Hmotnost do 1,5kg, Mechanická robustnost – min. 7M3+++, krytí min IP32

Bude zadavatel tyto parametry požadovat a akceptovat?

Odpověď:

Zadavatel zvážil zaslané návrhy na změnu technické specifikace, v současné době však nebude měnit minimální technické parametry.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno