

Naše zn.: 2018/ 6711 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 12. 1. 2018

Veřejná zakázka – Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno ve čtyřech etapách – operační světla a operační stoly II

Vážený,

zadavatel obdržel dne 10. 1. 2018 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno ve čtyřech etapách – operační světla a operační stoly II, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

Technická specifikace společná pro části 1, 5, 8 a 11

Parametry Full HD kamery

- Umístění kamery ve středu svítidla

Bude zadavatel akceptovat umístění kamery mimo osu operačního svítidla – v těsné blízkosti středu?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat umístění kamery v těsné blízkosti středu svítidla, pokud záběr kamery bude směřován na střed operačního (osvětleného) pole.

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace bude prodloužena lhůta pro podání nabídek do 20.2.2018.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno