

Naše zn.: 2018/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo  
Vaše zn.: -

V Brně dne 6. února 2018

### **Odpověď na dotazy k VZMR - Real Time PCR cykler ev.č. 2018-EZAK-VZ-1702**

#### **Dotaz č. 1:**

Technická specifikácia uvádza možnosť vymeniteľných blokov vo formáte 96 a 384 jamiek.

Bude zadávateľ akceptovať riešenie pozostávajúce z dvoch samostatných cyklov s blokmi 96 a 384 jamiek ktoré budú ovládané z jedného ovládacieho počítača ?

#### **Odpověď č. 1:**

Zadavateľ bude akceptovať nabízené riešenie, pokiaľ budú zachované ostatné technické parametre.

#### **Dotaz č. 2:**

Technická specifikácia uvádza konfiguráciu optických filtrov v zostave 5 excitačných a 6 emisných filtrov.

Bude zadávateľ akceptovať technické riešenie 6+6 emisných a excitačných filtrov, ktoré sú samostatné a umožňujú až 21 násobný multiplex ?

#### **Odpověď č. 2:**

Zadavateľ bude akceptovať nabízené riešenie.

#### **Dotaz č. 3:**

Technická specifikácia uvádza pracovnú vlnovú dĺžku v rozmedzí 390-710 nm.

Bude zadávateľ akceptovať pracovné rozmedzie vlnových dĺžok 450-700 nm ako dostatočné ?

#### **Odpověď č. 3:**

Zadavateľ bude akceptovať nabízené riešenie.

#### **Termín podání nabídky**

Zadavateľ mení bod 8. a pôvodný termín pro podání nabídky 8. 2. 2018 do 11:00 hodin je nově změněn na 19. 2. 2018 do 11:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská  
vedoucí obchodního oddělení  
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674