

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO
www.fnbrno.cz

Brno 1. března 2013

Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení plnění

Předmětem plnění je dodávka **1 ks šokového zmrazovače krevní plazmy** pro Transfuzní a tkáňové oddělení, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno dle přiložené technické specifikace

Medicínský účel – zařízení pro šokové zmrazování krevní plazmy

2. Místo a doba plnění

- Místem plnění je FN Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Transfuzní a tkáňové oddělení
- Doba plnění je součástí nabídky uchazeče

3. Podmínky pro plnění

Nabídka bude obsahovat:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)
- vlastní nabídku s technickou specifikací
- záruční dobu min. 24 měsíců
- servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době
- pravidelné servisní prohlídky (PBTk) předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně a bez vyzvání
- prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy v českém jazyce
- označení „CE“
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

- Celková nabídková cena bez DPH a včetně DPH bude zpracována s členěním na jednotlivé položky a včetně dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti, s vyčíslením DPH zvlášť
- Platba bude provedena po splnění dodávky se splatností faktury 90 dnů

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

6. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.

7. Zadavatel si vyhrazuje právo

- zrušit výběrové řízení

8. Termín a způsob podání nabídky

do 13.3.2013 do 11,00 hod.

a) poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů
Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

b) nebo osobně na sekretariát Odboru obchodu, marketingu a vnějších vztahů FN Brno (lůžkový trakt 3NP) v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001,

c) nabídka bude označena – **Nabídka – Neotvírat - „Šokový zmrazovač krevní plazmy “**

9. Název a sídlo organizace

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy :

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění

Medicínský účel: zařízení pro šokové zmrazování krevní plazmy

Základní sestava a technické parametry:

- Kompaktní pultové provedení
- Kapacita
 - o 32 standardních krevních vaků (objem 220 až 360 ml)
 - o možnost zmrazení vaků o objemech 882 až 900 ml
 - o možnost souběžného zmrazení obou typů vaků najednou (16 standardních vaků a 8 vaků o objemech 882 až 900 ml)
- Maximální rychlost zmrazení:
 - o vaky o objemu 220 až 360 ml do 45 minut na -30°C v jádře
 - o vaky o objemech 882 až 900 ml do 60 minut na -30°C v jádře
- Stabilita vnějších rozměrů kazet v průběhu (po dokončení) procesu zmrazení:
 - o vnější rozměry kazet po ukončení procesu zmrazení nesmí být větší než při zahájení procesu mrazení
- Pracovní teplota chladicího vzduchu: -65 až -80°C
- Chlazení kondenzátoru vodou, nucená cirkulace vzduchu
- Ekologické chladivo (CFC free)
- Displej teploty, alarm, diagnostika
- Součástí přístroje vyvedení sondy pro jednoduché připojení monitorovacího systému (včetně konektoru)
- Referenční teplotní sonda (vpichová) na kabelu
- Nerezové provedení
- Možnost kontinuálního vkládání plazem (při plně neobsazeném zařízení mít možnost doplňovat volné pozice dalšími kazetami s plazmou)
- Možnost připojení počítačového dokumentačního systému

Příslušenství v ceně nabídky:

- v případě zmrazování v kazetách, je podmínkou, aby nerezové kazety v počtu a objemech, odpovídajících požadované kapacitě přístroje, byly součástí nabídky

Cenová nabídka:

- na dodávku jednoho přístroje včetně příslušenství
- na dodávku dvou přístrojů včetně příslušenství pokud je dodavatel schopen nabídnout množstevní slevu

Další podmínky:

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas)
- kompletní dodávka musí obsahovat i nezbytné příslušenství a spotřební materiál pro první uvedení do provozu.
- prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a 336/2004 Sb. v platném znění s uvedením klasifikační třídy
- označení přístroje značkou „CE“
- délka záruky min. 24 měsíce
- doklad o splnění zákona 346/2003 Sb., § 31 v platném znění
- bezplatné provedení instalace, vstupní validace a zaškolení obsluhy
- servis v ČR
- uveďte místo servisu v ČR, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

- pravidelné servisní prohlídky a validace, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb., v platném znění, včetně nutného spotřebního materiálu, musí být prováděny v záruční době bezplatně a bez vyzvání
- dva návody k přístroji v českém jazyce při dodání (pokud možno 1x na CD ve formátu *.doc ev. *.pdf)
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

V případě uvedení číselného údaje zadavatel připouští toleranci +/- 10%.