

Naše zn.: 2018/30218/FNBRNO-14.7.2 – DrK/Os
Vaše zn.: -

V Brně dne 23. 2. 2018

Veřejná zakázka – Soupravy pro stanovení autoimunních protilátek chemiluminiscenční analýzou

Vážení, zadavatel obdržel dne 20. 2. 2018 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Soupravy pro stanovení autoimunních protilátek chemiluminiscenční analýzou, ke kterému sděluje následující:

Dotaz č. 1.: Zadavatel v čl. IV. zadávací dokumentace uvádí, že požaduje zboží „nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.“

Uchazeč disponuje tzv. certified unit přístrojem, tj. přístrojem, který byl v minulosti použitý, avšak výrobce jej zrepasoval a otestoval na všechny klinické parametry, tzn., že tento přístroj má všechny certifikáty jako nový analyzátor.

Bude zadavatel akceptovat nabídku tohoto přístroje?

Žádáme o rozšíření čl. IV zadávací dokumentace o možnosti nabídnout „pouze výrobcem repasovaný“ přístroj.

Odpověď: Zadavatel uvádí, že na základě této žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace upraví text zadávací dokumentace. Zadavatel vyjme z textu větu týkající se požadavku na vypůjčené přístroje. Na základě této odpovědi dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní délku.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno