

Naše zn.: 2018/36552/FNBRNO-14.7.2-DrKr/Ko
Vaše zn.: -

V Brně dne 7. 3. 2018

Veřejná zakázka: Sterilizační obalový materiál

Vážení,

zadavatel obdržel dne 26. 2. 2018 dále uvedený dotaz ke shora uvedené veřejné zakázce týkající se kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“).

Znění dotazu:

V Zadávací dokumentaci, části IV Technická specifikace, IV.1 Technická specifikace části 1 veřejné zakázky, položka jedna je uveden rozměr role 420 mm x 100 m, u ostatních položek je délka 200 m, tyto role se vyrábějí v návinu také 200 m.

Odpověď:

Zadavatel trvá na rozměru 420 mm x 100 m uvedené role v položce 1 v části 1 veřejné zakázky.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno