

Naše zn.: 2018/47951/FNBRNO-14.7.1-DrKr/Ko
Vaše zn.: -

V Brně dne 28. 3. 2018

Veřejná zakázka: FN Brno – C Rameno s 3D navigačním systémem

Vážení,

zadavatel obdržel dne 27. 3. 2018 dále uvedené dotazy ke shora uvedené veřejné zakázce.

Znění dotazů a odpovědí:

Dotaz č. 1

IV: Technické podmínky

IV.1. Diagnostický rentgenový systém – RTG mobilní C rameno s Flat-Panelem

C-rameno:

Dotaz č.1.

Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného RTG přístroje s reálně izocentrickým C ramenem, splňujícím medicínský účel a diagnostické využití s následujícími parametry C ramene?

- Manuální nastavení v horizontální rovině 20 cm
- Motorizované nastavení v orbitální rovině -98°/+98° z důvodu reálné izocentricity
- Motorizované nastavení angulace +/-220°
- Reálně izocentrický motorizovaný pohyb
- Manuální orbitální pohyb +/-100° z důvodu reálné izocentricity
- Bez nutnosti antikolizních senzorů na Flat detektoru z důvodu reálné izocentricity

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel takovou nabídku akceptuje.

Dotaz č. 2

Rentgenka a Flat-Panel:

Dotaz č.2.

Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného RTG přístroje s reálně izocentrickým C ramenem, splňujícím medicínský účel a diagnostické využití s následujícími parametry?

- Tepelná kapacita anody s aktivním chlazením 5,3 milionu HU
- Velikost pixelu 152 µm
- Rozlišení detektoru 1 952 x 1 952 pixelů,
- Hloubka zobrazení: 14 bitů

Odpověď na dotaz č. 2

Ano, zadavatel takovou nabídku akceptuje.

Dotaz č. 3

3D SW HW:

Dotaz č.3.

Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného RTG přístroje s reálně izocentrickým C ramenem, splňujícím medicínský účel a diagnostické využití s následujícími parametry?

- Reálně izocentrický pohyb
- rozlišení: 512 x 512 x 512 voxelů
- Zobrazovaná velikost objektu 160 x 160 x 160 mm
- 3D akvizice motorizovaná 196° (orbitální izocentrická rotace)

Odpověď na dotaz č. 3

Ano, zadavatel takovou nabídku akceptuje.

Dotaz č. 4

Další technické požadavky:

Dotaz č.4.

Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného RTG přístroje s reálně izocentrickým C ramenem, splňujícím medicínský účel a diagnostické využití s následujícími parametry?

- Ovládací konzole s tlačítky s 2 pamětmi pro uložení pozice přístroje
- Ovládání pomocí tlačítek v orbitální a angulární reálně izocentrické rotaci
- 2 digitální HD výstupy pro monitory

Odpověď na dotaz č. 4

Ano, zadavatel takovou nabídku akceptuje.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno