

Naše zn.: 2018/48433/FNBRNO-14.7.1-DrKr/Ko
Vaše zn.: -

V Brně dne 29. 3. 2018

Veřejná zakázka: FN Brno modernizace onkogynekologického centra II

Vážení,

zadavatel obdržel dne 26. 3. 2018 dále uvedené dotazy ke shora uvedené veřejné zakázce. Ačkoli tazatel neuvedl, ke které části veřejné zakázky se dotazy vztahují, má zadavatel za to, že jde o část 13 veřejné zakázky.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v části 4K UHD kamerová hlava pro laparoskopické optiky požaduje min. 3 ovládací tlačítka integrované na kamerové hlavě. Naše kamerová hlava má dvě ovládací tlačítka, pomocí kterých lze ovládat až 4 libovolně nastavené funkce dlouhým/krátkým stiskem. Toto řešení je pro operátora přehlednější a eliminuje možnost chybného stisku tlačítka. Možnost ovládání čtyř funkcí z kamerové hlavy dle našeho názoru splňuje požadovaný medicínský účel. Bude zadavatel akceptovat kamerovou hlavu se dvěma tlačítky, pomocí kterých lze ovládat až 4 nastavené funkce?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na své původní specifikaci kamerové hlavy s min. třemi integrovanými ovládacími tlačítky a nebude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci, v části multioborový elektrokoagulační přístroj, požaduje možnost připojení modulu pro hybridní technologii, umožňující současně synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zastavení cév alespoň do velikosti 7 mm“.

Rozumí tomu účastník správně, že Zadavatel nepožaduje dodání UZ modulu, ale pouze možnost jeho připojení a tudíž, že dodaný systém nemusí disponovat funkcionalitou pro řez a koagulaci měkkých tkání a zastavení cév do velikosti 7 mm?

Odpověď na dotaz č. 2:

Po pečlivém prostudování aktuální technické specifikace v části multioborový elektrokoagulační přístroj tazatel jistě zjistí, že zadavatel nepožaduje možnost připojení modulu pro hybridní technologii, ale přímo požaduje tento modul pro synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie. Tazatel tedy tomu rozumí nesprávně. Nabídnutý přístroj musí disponovat technologií umožňující současně vzájemné působení ultrazvukového řezu a pokročilé bipolární energie pro řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zastavení cév až do velikosti 7 mm.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v technické specifikaci, v části multioborový elektrokoagulační přístroj, požaduje možnost připojení modulu pro hybridní technologii, umožňující současně synergické působení ultrazvukové a

pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zastavení cév alespoň do velikosti 7 mm“. Požadované řešení vyžaduje použití jednorázových nástrojů. Účastník nabízí hybridní technologii, která využívá pokročilou bipolární energii pro bezpečné zatavení cév do velikosti až 7 mm a bipolární řez pro jejich přerušení. K tomuto účelu je dostupné jednorázové příslušenství a resterilizovatelné nástroje s garancí až 50-ti sterilizačních cyklů. Nabízené řešení tedy plní požadovaný účel pro zatavení a přerušení tkání a díky možnosti resterilizovatelného příslušenství nabízí nižší provozní náklady. Nad rámec požadavku Zadavatele je modul s touto funkcionalitou již součástí přístroje.

Na základě výše uvedeného se ptáme, zdali bude Zadavatel akceptovat dodání elektrokoagulačního přístroje s modulem hybridní technologie, která využívá pokročilou bipolární energii pro bezpečné zatavení cév do velikosti až 7 mm a bipolární řez pro jejich přerušení

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení a trvá na původním požadavku technologie, umožňující současné působení ultrazvukové a bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév do velikosti 7 mm, viz též i odpověď na minulý dotaz.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno