

Naše zn.: 2018/55421/FNBRNO-14.7.2-DrKr/Ko
Vaše zn.: -

V Brně dne 13. 4. 2018

Veřejná zakázka: FN Brno – C Rameno s 3D navigačním systémem

Vážený,

zadavatel obdržel dne 11. 4. 2018 dále uvedené dotazy ke shora uvedené veřejné zakázce.

Znění dotazů a odpovědí:

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1 k C rameni

Bude zadavatel akceptovat nabídku moderního výkonného RTG přístroje s C ramenem, splňujícího medicínský účel a diagnostické využití s následujícími parametry?

- Hloubka oblouku C ramene 68 cm

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na původní specifikaci.

Dotaz č. 2:

Dotaz č. 2 k Flat panelu

Bude zadavatel akceptovat nabídku moderního výkonného RTG přístroje s C ramenem, splňujícího medicínský účel a diagnostické využití s následujícími parametry?

- Velikost pixelu 194 μ m
- Rozlišení detektoru 1 536 x 1 536 pixelů

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na původní specifikaci.

Dotaz č. 3:

Dotaz č. 3 k bodu VI.1. zadávací dokumentace – povinné doklady

Prosíme o upřesnění ohledně uživatelských manuálů. Jedná se o několikasetstránkové dokumenty. Je možné jejich předložení pouze v elektronické podobě na CD nebo DVD? Pokud zadavatel trvá na předložení tištěných dokumentů je možné předložit tyto manuály (v českém a anglickém jazyce) jako samostatné svazky?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel trvá na svém původním požadavku.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., tel.: 532 231 013, kotzian.robert@fnbrno.cz