

Naše zn.: 2018/56136/FNBRNO-14.7.1-DrKr/Ko
Vaše zn.: -

V Brně dne 16. 4. 2018

Veřejná zakázka: FN Brno – C Rameno s 3D navigačním systémem

Vážení,

zadavatel obdržel dne 11. 4. 2018 dále uvedené dotazy ke shora uvedené veřejné zakázce.

Znění dotazů a odpovědí:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci v oddíle IV.2. Navigační stanice samostatně stojící zadavatel požaduje: „Samostatný teleskopický stojan s infračervenou optickou kamerou a motorizovaným ramenem, tlačítko home button“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku navigačního systému, který obsahuje vozík s vysoce flexibilním ramenem s infračervenou optickou kamerou, avšak neobsahuje teleskopický stojan ani motorizovaný pohyb s tlačítkem home button?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na své původní specifikaci.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci v oddíle IV.2. Navigační stanice samostatně stojící zadavatel požaduje: „Integrace mikroskopu, fluoroskopu, endoskopu, ultrazvuku digitálně i analogově podporující rozlišení až do Full HD - 2x HD/SD-SDI do 1080i/29.97fps, 2x Composite (CVBS, NTSC /PAL), 1x S-Video (NTSC/PAL)“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku navigačního systému, který bude mít integraci s fluroskopem a endoskopem, avšak nebude mít integraci s mikroskopem a ultrazvukem?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na své původní specifikaci.

Dotaz č. 3:

V zadávací dokumentaci v oddíle IV.2. Navigační stanice samostatně stojící zadavatel požaduje: „1x DisplayPort 1.2 out s rozlišením až 3840 x 2160 px @60Hz pro připojení nezávislého monitoru (Full HD 3D, 4K) a dále 1x DVI-I out pro analogový/digitální video výstup“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku navigačního systému, který bude obsahovat výstupní display port HDMI output, 2560x1440@60Hz?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel připouští i display port HDMI output, 2560x1440@60Hz za předpokladu splnění podmínky možnosti připojení analogového/digitálního video výstupu.

Dotaz č. 4:

V zadávací dokumentaci v oddíle IV.2. Navigační stanice samostatně stojící zadavatel požaduje: „Počítač min. Intel Xeon E5-1620 v2 3,7 GHz centrální jednotka procesoru, 8 GB RAM a 512 GB SSD“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku navigačního systému, který bude obsahovat vysoce výkonný počítač s parametry INTEL Xeon E3-1275 v3 3.5GHz, 16GB RAM, 1024GB SSD?

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel připouští i výkonný počítač s parametry INTEL Xenon E3-1275 v3 3.5GHz , 16 GB RAM, 1024 GB SSD.

Dotaz č. 5:

V zadávací dokumentaci v oddíle IV.2. Navigační stanice samostatně stojící zadavatel požaduje: „Navigace na podkladech datových souborů různých metod (možná i fúze těchto dat), jako jsou 3D C-rameno, CT, MR, iAngio3D“. Dále zadavatel požaduje obdobnou funkci: „Současné navigace dvou zfúzovaných souborů dat včetně vizualizace předem plánovaných objektů a šroubů“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku navigačního systému, který nebude mít možnost fúze a navigace na zfúzovaných datech?

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel trvá na své původní specifikaci.

Dotaz č. 6:

V zadávací dokumentaci v oddíle IV.2. Navigační stanice samostatně stojící zadavatel požaduje: „Otevřená platforma, která umožní současnou navigaci ručně kalibrovaných i předkalibrovaných nástrojů BrainLab, implantátů partnerů i ostatních dodavatelů“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku navigačního systému, který je otevřenou platformou, která umožní současnou navigaci ručně kalibrovaných nástrojů, implantátů partnerů i ostatních dodavatelů, avšak neumožňuje navigaci předkalibrovaných nástrojů BrainLab?

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel akceptuje i nabídku navigačního systému, který je otevřenou platformou, která umožní současnou navigaci ručně kalibrovaných nástrojů, implantátů partnerů i ostatních dodavatelů bez možnosti navigace předkalibrovaných nástrojů BrainLab.

Dotaz č. 7:

V zadávací dokumentaci v oddíle IV.2. Navigační stanice samostatně stojící zadavatel požaduje: „Spotřební materiál pro prvotní spuštění: Fólie na monitory, klipy na dálkové ovládání“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku navigačního systému, který nevyžaduje používání fólií na monitory a klipů na dálkové ovládání?

Odpověď na dotaz č. 7:

Zadavatel akceptuje nabídku navigačního systému bez používání spotřebního materiálu (folie na monitory, klipy na dálkové ovládání) za předpokladu splnění veškerých hygienických standardů na operačních sálech, tak, aby nedošlo ke kontaminaci navigačního systému.

Dotaz č. 8:

V zadávací dokumentaci v oddíle IV.2. Navigační stanice samostatně stojící zadavatel požaduje: „Kalibrační matici pro zaregistrování libovolného nástroje“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku navigačního systému, který pro zaregistrování libovolného nástroje nebude využívat matici, ale referenční rámeček a registrační sondu, tedy instrumenty, které jsou součástí dodávky?

Odpověď na dotaz č. 8:

Zadavatel akceptuje i nabídku navigačního systému, který po zaregistrování libovolného nástroje nebude využívat matici, ale referenční rámeček a registrační sondu.

Dotaz č. 9:

V zadávací dokumentaci v oddíle IV.2. Navigační stanice samostatně stojící zadavatel požaduje: „Podporovaná frekvenční pásma: 2,4 GHz (podpora evropského pásma – kanály 1-13) a 5 GHz, upřednostňujeme 5 GHz“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku navigačního systému, který podporuje pásmo wi-fi 802.11 b/g,n 2.4GHz?

Odpověď na dotaz č. 9:

Zadavatel akceptuje i nabídku navigačního systému, který podporuje pásmo wi-fi 802.11 b b/g,n 2.4GHz za předpokladu splnění ostatních podmínek, které jsou v zadávací dokumentaci.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno