

Naše zn.: 2018/86349/FNBRNO-14.7.2-DrKr/Ko
Vaše zn.: -

V Brně dne 7. 6. 2018

Veřejná zakázka: Arytmologie II

Vážení,

zadavatel obdržel dne 4. 6. 2018 dále uvedené dotaz ke shora uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

V případě zadání a vymezení předmětu veřejné zakázky Arytmologie II jsou pro kardiostimulátory ve Vaší nemocnici požadovány kategorie přístrojů se specifickými názvy a požadavky na technické vybavení, které znemožňují naší společnosti účast v tomto zadávacím řízení. V tomto případě nemocnice jako zadavatel zvýhodňuje určité dodavatele a volí tedy k jedné skupině dodavatelů jiný přístup než ke skupině jiné. U kardiostimulátorů je vyžadována nepřiměřená kvalifikace tj. je požadována reference služby na 20 systémů vzdálené kontroly pro defibrilátory nebo kardiostimulátory a tím jsou zvýhodněni určití dodavatelé nad dodavatele, kteří nabízejí pouze kardiostimulátory a nemají v portfoliu defibrilátory, u kterých je tato služba běžně zavedena, oproti v současnosti málo užívané službě vzdálené kontroly kardiostimulátorů, která není hrazena VZP.

Dovolujeme si Vás požádat o případné přehodnocení zadávací dokumentace tak, aby bylo umožněno i naší společnosti se zúčastnit a podat nabídku na portfolio námi dodávaných kardiostimulátorů.

Odpověď:

Zadavatel v rámci veřejné zakázky Arytmologie II trvá na původní specifikaci kvalifikačních kritérií. Uchazeč v rámci doložení splnění kvalifikačních kritérií může doložit požadované reference služby na 20 systémů vzdálené kontroly pro defibrilátory nebo kardiostimulátory.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno