

Naše zn.: 2018/88783/FNBRNO-14.7.2-DrKr/Ko
Vaše zn.: -

V Brně dne 12. 6. 2018

Veřejná zakázka: Arytmologie II

Vážení,

zadavatel obdržel dne 11. 6. 2018 dále uvedené dotazy ke shora uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V Příloze č. 1 Kupní smlouvy pro části 1-11, Příloha č. 1 je požadován Detailní popis zboží
Je možno zde uvést více alternativ - myšleno typy konektorů, typy křivek a délky zavaděčů apod.
Popř., kam uvést tyto údaje.

Pozn.: Nejedná se o variantní nabídku, ale o alternativy v rámci jednoho typu přístroje a příslušenství
podobně jako podchycuje Příloha č. 1 pro části 12-19 .

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude u částí 1 až 11 akceptovat komplety s různým příslušenstvím za podmínky splnění
všech zákonných a zadávacích podmínek. Zadavatel současně upozorňuje, že nepřipustil varianty
nabídek a jednotlivé komplety se proto nesmí vzájemně odlišovat kupní cenou.

Pro úplnost zadavatel dodává, že rovněž u částí 12 až 19 bude akceptovat komplety s různým
příslušenstvím za podmínky splnění všech zákonných a zadávacích podmínek. Tyto komplety budou
dále specifikovány v příloze č. 1 rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Zadavatel současně upozorňuje, že nepřipustil varianty nabídek a jednotlivé komplety se proto nesmí
vzájemně odlišovat kupní cenou.

Dotaz č. 2:

V Příloze č. 1 Kupní smlouvy pro části 12-19, Příloha č. 1 (Příloha č. 3 ZD) má shodné položky
příslušenství pro část BASIC a část PREMIUM
Má být toto příslušenství uvedeno opakovaně v příloze č. 1 pro každou z těchto částí? Vytvoří se tak
duplicita.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na znění zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele dne 12. 6. 2018 a ve
znění níže uvedené odpovědi na dotaz č. 3.

Dotaz č. 3:

Ve smlouvě o výpůjčce je pro každou část požadován programer. Může být uveden ve více částech
identický programer?

I v případě, že dodavatel bude vybrán pro více částí VŘ, programování všech přístrojů probíhá na jednom a tom samém programeru.

V opačném případě by se dodavatel zavazoval k zápůjčce až 19 programerů.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel upravuje zadávací podmínky dle následujícího.

V případě, že účastník zadávacího řízení podává nabídku na dvě nebo tři části veřejné zakázky z částí 1 až 11, musí zajistit bezplatnou výpůjčku 1 ks programeru pro každou z těchto částí veřejné zakázky, na kterou podává nabídku. V případě, že účastník zadávacího řízení podává nabídku na více než tři části veřejné zakázky z částí 1 až 11, musí zajistit bezplatnou výpůjčku 3 ks programeru (tj. postačí zajištění 3 ks programeru pro všechny tyto části veřejné zakázky), avšak za podmínky, že každý z těchto programerů bude bez omezení použitelný pro všechny ICD, resp. S-ICD, přístroje dodané v rámci částí 1 až 11, jinak platí následující věta. V případě, že účastník zadávacího řízení nebude schopen vyhovět podmínkám dle věty předchozí a podává nabídku na více než tři části veřejné zakázky z částí 1 až 11, musí zajistit bezplatnou výpůjčku 1 ks programeru pro každou z těchto částí veřejné zakázky, na kterou podává nabídku.

V případě, že účastník zadávacího řízení podává nabídku na dvě nebo tři části veřejné zakázky z částí 12 až 19, musí zajistit bezplatnou výpůjčku 1 ks programeru pro každou z těchto částí veřejné zakázky, na kterou podává nabídku. V případě, že účastník zadávacího řízení podává nabídku na více než tři části veřejné zakázky z částí 12 až 19, musí zajistit bezplatnou výpůjčku 3 ks programeru (tj. postačí zajištění 3 ks programeru pro všechny tyto části veřejné zakázky), avšak za podmínky, že každý z těchto programerů bude bez omezení použitelný pro všechny kardiostimulátory dodané v rámci částí 12 až 19, jinak platí následující věta. V případě, že účastník zadávacího řízení nebude schopen vyhovět podmínkám dle věty předchozí a podává nabídku na více než tři části veřejné zakázky z částí 12 až 19, musí zajistit bezplatnou výpůjčku 1 ks programeru pro každou z těchto částí veřejné zakázky, na kterou podává nabídku.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno