

Naše zn.: 2018/94344/FNBRNO-14.7.2 – DrK/Os  
Vaše zn.: -

V Brně dne 22. 6. 2018

## **Veřejná zakázka – Rigidní optiky**

Vážený, zadavatel obdržel dne 19. 6. 2018 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Rigidní optiky, ke kterým sděluje následující:

### **Dotaz č. 1.:**

Prosíme o informaci, zda se akceptuje v části č 14 a č. 15 kompatibilita instrumentária (optika s pouzdem) vždy pouze s jedním výrobcem buď Storz nebo Wolf, protože tito dva výrobci mají odlišný způsob zamykání optiky do cystoskopického pouzdra.

### **Část č. 14 - Cystoskopická optika**

- pracovní délka: 302 mm, průměr: 4 mm, úhel pohledu: 0°, plně kompatibilní s instrumentáři Wolf a Storz, kompatibilní se světlovodným kabelem Wolf a Storz (redukce je možná), počet: 2 ks, sterilizační košík: 2 ks

### **Část č. 15 - Cystoskopická optika 2**

- pracovní délka: 302 mm, průměr: 4 mm, úhel pohledu: 70°, plně kompatibilní s instrumentáři Wolf a Storz, kompatibilní se světlovodným kabelem Wolf a Storz (redukce je možná), počet: 2 ks, sterilizační košík: 2 ks

**Odpověď:** Zadavatel uvádí, že na základě tohoto dotazu bude změněna zadávací dokumentace týkající části 14 a 15. Současně také bude prodloužena lhůta pro podání nabídek o celou svou původní délku.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA  
ředitel FN Brno