

Naše zn.: 2018/96726/FNBRNO-14.7.2 – DrK/Os  
Vaše zn.: -

V Brně dne 26. 6. 2018

## **Veřejná zakázka – Rigidní optiky**

Vážený, zadavatel obdržel dne 21. 6. 2018 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem Rigidní optiky, ke kterým sděluje následující:

### **Dotaz č. 1 – část č. 1 – Hysteroskopická optika 1, 1 ks**

Zadavatel požaduje:

- pracovní délka 302 mm

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace pracovní délku 280 mm při zachování plné kompatibility s diagnostickým hysteroskopem a světlovodným kabelem na pracovišti?

**Odpověď:** Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení a trvá na původních rozměrech.

### **Dotaz č. 2 – část č. 2 – Hysteroskopická optika 2, 1 ks**

Zadavatel požaduje:

- pracovní délka 304 mm

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace pracovní délku 280 mm při zachování plné kompatibility s diagnostickým hysteroskopem a světlovodným kabelem na pracovišti?

**Odpověď:** Zadavatel bude akceptovat změnu délky optiky za podmínky zachování úplné kompatibility.

### **Dotaz č. 3 – část č. 3 – Laparoskopická optika 1, 2 ks**

Zadavatel požaduje:

- pracovní délka 340 mm

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace pracovní délku 310 mm při zachování plné kompatibility s trokary a světlovodným kabelem na pracovišti?

**Odpověď:** Zadavatel bude akceptovat změnu délky optiky za podmínky zachování úplné kompatibility.

### **Dotaz č. 4 – část č. 5 – Laparoskopická optika 3, 3 ks**

Zadavatel požaduje:

- pracovní délka 340 mm

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace pracovní délku 310 mm při zachování plné kompatibility s trokary a světlovodným kabelem na pracovišti?

**Odpověď:** Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení a trvá na původních rozměrech.

### **Dotaz č. 5 – část č. 6 – Laparoskopická optika 4, 2 ks**

Zadavatel požaduje:

- pracovní délka 340 mm

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace pracovní délku 310 mm při zachování plné kompatibility s trokary a světlovodným kabelem na pracovišti?

**Odpověď:** Zadavatel bude akceptovat změnu délky optiky za podmínky zachování úplné kompatibility.

**Dotaz č. 6 – část č. 7 – Laparoskopická optika 5, 1 ks**

Zadavatel požaduje:

- pracovní délka 340 mm

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace pracovní délku 300 mm při zachování plné kompatibility s trokary a světlovodným kabelem na pracovišti?

**Odpověď:** Zadavatel bude akceptovat změnu délky optiky za podmínky zachování úplné kompatibility.

**Dotaz č. 7 – část č. 18 – Artroskopická optika 1, 12 ks**

Zadavatel požaduje:

- pracovní délka 175 mm

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace pracovní délku 160 mm při zachování plné kompatibility s trokary a světlovodným kabelem na pracovišti?

**Odpověď:** Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení a trvá na původních rozměrech.

**Dotaz č. 8 – část č. 21 – Artroskopická optika 4, 1 ks**

Zadavatel požaduje:

- pracovní délka 204 mm a průměr 3,5 mm

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace pracovní délku 160 mm a průměr 4 mm při zachování plné kompatibility s trokary a světlovodným kabelem na pracovišti?

**Odpověď:** Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení a trvá na původních rozměrech.

**Dotaz č. 9 – část č. 22 – Artroskopická optika 5, 2 ks**

Zadavatel požaduje:

- pracovní délka 230 mm a průměr 3 mm

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace pracovní délku 160 mm?

Může zadavatel upřesnit, zda požaduje průměr 4 mm nebo 2,7 mm pro zachování plné kompatibility s instrumentáři na pracovišti?

**Odpověď:** Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení a trvá na původních rozměrech.

**Dotaz č. 10 – část č. 23 – Artroskopická optika 6, 2 ks**

Zadavatel požaduje:

- pracovní délka 230 mm

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace pracovní délku 160 mm při zachování plné kompatibility s trokary a světlovodným kabelem na pracovišti?

**Odpověď:** Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení a trvá na původních rozměrech.

**Dotaz č. 11 – část č. 34 – Optika 9, 1 ks**

Zadavatel požaduje:

- pracovní délka 360 mm

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace pracovní délku 282,5 mm při zachování plné kompatibility s instrumentáři a světlovodným kabelem na pracovišti?

**Odpověď:** Zadavatel bude akceptovat změnu délky optiky za podmínky zachování úplné kompatibility.

**Dotaz č. 12 – část č. 35 – Optika 10, 1 ks**

Zadavatel požaduje:

- pracovní délka 360 mm

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace pracovní délku 281,6 mm při zachování plné kompatibility s instrumentáři a světlovodným kabelem na pracovišti?

**Odpověď:** Zadavatel bude akceptovat změnu délky optiky za podmínky zachování úplné kompatibility.

**Dotaz č. 13 – část č. 36 – Optika 11, 3 ks**

Zadavatel požaduje:

- pracovní délka 360 mm

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace pracovní délku 300 mm při zachování plné kompatibility s instrumentáři a světlovodným kabelem na pracovišti?

**Odpověď:** Zadavatel bude akceptovat změnu délky optiky za podmínky zachování úplné kompatibility.

**Dotaz č. 14 – část č. 37 – Optika 12, 1 ks**

Zadavatel požaduje:

- pracovní délka 360 mm

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace pracovní délku 310 mm při zachování plné kompatibility s instrumentáři a světlovodným kabelem na pracovišti?

**Odpověď:** Zadavatel bude akceptovat změnu délky optiky za podmínky zachování úplné kompatibility.

**Dotaz č. 15 – část č. 8-13 Sinoskopická optika**

Zadavatel požaduje:

- plná kompatibilita s endoskopickým instrumentáři Wolf

Prosím o upřesnění instrumentária, se kterým mají být optiky kompatibilní.

**Odpověď:**

Pracovní délka 175 mm, průměr 4 mm, / 0 stupňů / 88780.541

Pracovní délka 175 mm, průměr 2,7 mm / 25 stupňů / REF. 8672.433

Instrumentárium: plášť na optiku 8/Wolf/REF. 8475.031

Držák na optiku /Wolf/REF. 8475.26

Nutná kompatibilita WOLF

Zadavatel uvádí, že na základě výše uvedených odpovědí bude prodloužena lhůta pro podání nabídek o celou svou původní délku.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA  
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Ing. Tereza Oškrdalová, referent OPV, tel. 532 233 743, Oskrdalova.Tereza@fnbrno.cz