

Naše zn.: 2018/96781/FNBRNO-14.7.2 – DrK/Os
Vaše zn.: -

V Brně dne 26. 6. 2018

Veřejná zakázka – Rigidní optiky

Vážení, zadavatel obdržel dne 21. 6. 2018 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Rigidní optiky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz č. 1 – části č. 32 - Optika 7

Zadavatel požaduje pracovní délku 360 mm, průměr 5 mm. Bude zadavatel akceptovat pracovní délku 29 cm (tedy délku pracovní části endoskopu bez okuláru) při zachování požadovaného průměru 5 mm?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat změnu délky optiky za podmínky zachování úplné kompatibility.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno