

Naše zn.: 2018/111168/FNBRNO-14.7.2 – DrK/Os
Vaše zn.: -

V Brně dne 25. 7. 2018

Veřejná zakázka – Rigidní optiky

Vážený, zadavatel obdržel dne 23. 7. 2018 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Rigidní optiky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1 – část č. 22 – Artroskopická optika 5, 2 ks

Zadavatel požaduje:

- plná kompatibilita s instrumentáři Olympus

Prosím o upřesnění instrumentária pro požadovanou kompatibilitu, např. katalogové/referenční označení.

Odpověď: Zadavatel uvádí, že se jedná o kameru Karl-Storz, světlovodný kabel Olympus a trokar A 005077 OLYMPUS. Zadavatel zároveň opravuje průměr požadované optiky – průměr této optiky má být 4 mm.

Dotaz č. 2 – část č. 23 – Artroskopická optika 6, 2 ks

Zadavatel požaduje:

- plná kompatibilita s instrumentáři Olympus

Prosím o upřesnění instrumentária pro požadovanou kompatibilitu, např. katalogové/referenční označení.

Odpověď: Zadavatel uvádí, že se jedná o kameru Karl-Storz, světlovodný kabel Olympus, trokar REF. 3781 DIONIS a trokar REF 670381 ARTREX. Zadavatel zároveň opravuje pracovní délku požadované optiky – pracovní délka této optiky má být 130 mm.

Na základě výše uvedeného bude prodloužena lhůta pro podání nabídek o celou svou původní délku.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Ing. Tereza Oškrdalová, referent OPV, tel. 532 233 743, Oskrdalova.Tereza@fnbrno.cz