

Naše zn.: 2018/113583/FNBRNO-14.7.2 – DrK/Os
Vaše zn.: -

V Brně dne 31. 7. 2018

Veřejná zakázka – Rigidní optiky

Vážení, zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace upravuje odpověď na dotaz č. 1 ze dne 25. 7. 2018, ve které bylo omylem uvedeno chybné katalogové číslo. Níže zadavatel uvádí opravenou odpověď i původní dotaz.

Dotaz č. 1 – část č. 22 – Artroskopická optika 5, 2 ks

Zadavatel požaduje:

- plná kompatibilita s instrumentáři Olympus

Prosím o upřesnění instrumentária pro požadovanou kompatibilitu, např. katalogové/referenční označení.

Odpověď: Zadavatel uvádí, že se jedná o kameru Karl-Storz, světlovodný kabel Olympus a trokar A 70951A OLYMPUS. Zadavatel zároveň opravuje průměr požadované optiky – průměr této optiky má být 4 mm.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno