

Naše zn.: 2018/ 141728 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 25. 9. 2018

Veřejná zakázka Laparoskopická věž

Vážení,

zadavatel obdržel dne 20. 9. 2018 a 24. 9. 2018 dotazy týkající se veřejné zakázky Laparoskopická věž, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1: Hlavní monitor

Zadavatel v technické specifikaci požaduje výstupy min. 1 x DVI, 1 x SD/HD/3G-SDI, 1 x VGA, 1 x Y/C

Bude zadavatel akceptovat monitor o úhlopříčce 32" s následujícími výstupy: 2 x DVI-D, 2 x SD/HD/3G-SDI, 2 x SOG, 1 x Y/C, 1 x S-Video (DIN), 1 x Component (RGSB, YPbPr) (5x BNC)?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 2: Asistenční monitor

Zadavatel v technické specifikaci požaduje výstupy min. 1 x DVI, 1 x SD/HD/3G-SDI, 1 x VGA, 1 x Y/C

Bude zadavatel akceptovat monitor o úhlopříčce 32" s následujícími výstupy: 2 x DVI-D, 2 x SD/HD/3G-SDI, 2 x SOG, 1 x Y/C, 1 x S-Video (DIN), 1 x Component (RGSB, YPbPr) (5x BNC)?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 3: Komerová jednotka

Zadavatel v technické specifikaci požaduje výstupy min. 1x DVI, HD-SDI a S-Video.

Bude zadavatel akceptovat kamerovou jednotku, která má 2x DVI a 1x 3G-SDI výstup? Tyto výstupy lze dále rozšířit a plnohodnotně využít v rámci výstupů jak asistenčního, tak hlavního monitoru. Každý z těchto monitorů má následující výstupy: 2 x DVI-D, 2 x SD/HD/3G-SDI, 2 x SOG, 1 x Y/C, 1 x S-Video (DIN), 1 x Component (RGSB, YPbPr) (5x BNC).

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 4:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v části IV. TECHNICKÉ PODMÍNKY požaduje 2 monitory:

Hlavní monitor

- LED FULL HD technologie s medicínským atestem s určením pro endoskopickou techniku
- poměr stran 16:9
- nativní rozlišení 1920 x 1080 px
- vstupy min. 1 x DVI, 1 x SD/HD/3G-SDI, 1 x VGA, 1 x Y/C
- výstupy min. 1 x DVI, 1 x SD/HD/3G-SDI, 1 x VGA, 1 x Y/C
- funkce PIP
- pozorovací úhel všemi směry min. 178°
- uchycený na ramenu na přístrojovém vozíku

Asistenční monitor

- FULL HD technologie s medicínským atestem s určením pro endoskopickou techniku
- poměr stran 16:9
- nativní rozlišení 1920 x 1080 px
- vstupy min. 1 x DVI, 1 x SD/HD/3G-SDI, 1 x VGA, 1 x Y/C
- výstupy min. 1 x DVI, 1 x SD/HD/3G-SDI, 1 x VGA, 1 x Y/C
- funkce PIP
- pozorovací úhel všemi směry min. 178°
- uchycený na ramenu na přístrojovém vozíku výklopném rameni do obou stran (doleva i doprava od přístrojového vozíku)

U výše uvedené specifikace chybí velikost monitorů. Může zadavatel doplnit tyto parametry?

Odpověď:

U hlavního monitoru zadavatel požaduje úhlopříčku min. 30“.

U asistenčního monitoru zadavatel požaduje úhlopříčku min. 26“

Doplnění a úprava zadávací dokumentace:

V souvislosti se shora uvedeným zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o specifikaci velikosti hlavního a asistenčního monitoru a dále upřesňuje technickou specifikaci asistenčního monitoru – zadavatel požaduje uchycení asistenčního monitoru na přístrojovém vozíku. Rameno bude upevněno na vozíku za hlavním monitorem tak, aby umožňovalo vyklopení asistenčního monitoru doleva i doprava od přístrojového vozíku.

Technická specifikace hlavního a asistenčního monitoru tedy zní:

Hlavní monitor

- LED FULL HD technologie s medicínským atestem s určením pro endoskopickou techniku
- poměr stran 16:9
- nativní rozlišení 1920 x 1080 px
- **úhlopříčka min. 30“**
- vstupy min. 1 x DVI, 1 x SD/HD/3G-SDI, 1 x VGA, 1 x Y/C
- výstupy min. 1 x DVI, 1 x SD/HD/3G-SDI, 1 x VGA, 1 x Y/C

- funkce PIP
- pozorovací úhel všemi směry min. 178°
- uchycený na ramenu na přístrojovém vozíku

Asistenční monitor

- FULL HD technologie s medicínským atestem s určením pro endoskopickou techniku
- poměr stran 16:9
- nativní rozlišení 1920 x 1080 px
- **úhlopříčka min. 26"**
- vstupy min. 1 x DVI, 1 x SD/HD/3G-SDI, 1 x VGA, 1 x Y/C
- výstupy min. 1 x DVI, 1 x SD/HD/3G-SDI, 1 x VGA, 1 x Y/C
- funkce PIP
- pozorovací úhel všemi směry min. 178°
- **uchycený na přístrojovém vozíku - rameno bude upevněno na vozíku za hlavním monitorem tak, aby umožňovalo vyklopení asistenčního monitoru doleva i doprava od přístrojového vozíku.**

Zadavatel zveřejní takto upravenou zadávací dokumentaci na svém profilu současně s tímto vysvětlením.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno