

Naše zn.: 2018/ 142448 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 26. 9. 2018

Veřejná zakázka Laparoskopická věž

Vážení,

zadavatel obdržel dne 21. 9. 2018 dotazy týkající se veřejné zakázky Laparoskopická věž, ke kterým sděluje následující:

Požadavek: **Laparoskopické instrumentárium**

- I. Rozměry instrumentů
- II. s konektorem pro čištění
- III. resterilizovatelný ventilový kontejner

Dotaz I.:

Akceptuje zadavatel nabídku instrumentů stejných parametrů s obdobnými rozměry, jejichž odchylka od uváděných rozměrů nepřesáhne 10%? Jedná se o technické řešení splňující veškeré medicínské a technické požadavky zadavatele.

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat odchylku v délce instrumentů ± 10 %. Průměry instrumentů musí zůstat přesně podle požadavku.

Dotaz II.:

Akceptuje zadavatel nabídku instrumentů, které jsou rozebíratelné do částí pro jejich čištění tedy nevyžadují konektor pro čištění. Jedná se o obvyklé technické řešení splňující veškeré medicínské a technické požadavky zadavatele.

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat rozebíratelné instrumenty.

Dotaz III.:

Akceptuje zadavatel nabídku resterilizovatelného filtrového kontejneru s filtrem pro 5000 cyklů sterilizace. Jedná se o obdobné technické řešení splňující veškeré medicínské a technické požadavky zadavatele.

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat resterilizovatelné filtrové kontejnery s filtrem pro 5000 cyklů sterilizace.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Na základě shora uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 29. 10. 2018 do 10.00 hod.** V této souvislosti zadavatele upozorňuje, že bude přijímat nabídky **již pouze v elektronické podobě.**

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno