

Naše zn.: 2018/ 145834 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La  
Vaše zn.: -

V Brně dne 2. 10. 2018

## **Veřejná zakázka FN Brno modernizace perinatologického centra II**

Vážení,

zadavatel obdržel dne 26. 9. 2018 dotazy týkající se veřejné zakázky FN Brno modernizace perinatologického centra II, ke kterým sděluje následující:

### **Dotaz I.:**

Zadavatel v části 1. Inkubátor kombinovaný s vyhřívacím lůžkem požaduje:  
Automatická (motorická/hydraulická) konverze z inkubátoru do režimu vyhřívaného lůžka a opačně pomocí tlačítek či pedálů.

#### Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat řešení, kdy vrchní víko lze otevírat i zavírat manuálně (pomocí hydrauliky), kdy po obou stranách inkubátoru jsou viditelně označené manuální tlačítka (rukojeti), které se po zatlačení ve směru, který ošetřující personál potřebuje, buďto otevře nebo zavře. Taktéž tyto rukojeti lze uchopit do ruky a opět buďto otevřít, nebo zavřít celý kryt inkubátoru. Tato změna může být navíc provedena i u vypnutého přístroje, či při výpadku el. napájení. Akceptováním tohoto provedení bude plně vyhověno medicínskému účelu poptávaného přístroje.

#### Odpověď:

*Zadavatel pro konverzi inkubátoru do režimu vyhřívaného lůžka a zpět požaduje motorický nebo hydraulický pohyb víka inkubátoru ovládaný manuálně, akceptujeme i podle popsaného řešení, nebo pomocí pedálu/ů.*

### **Dotaz II.:**

Zadavatel v části 1. Inkubátor kombinovaný s vyhřívacím lůžkem požaduje:  
Držák na hadici, držák na desinfekci, držák na odsávací nádobu, a polička na monitor s dokovací stanicí (nosnost 5 kg) s možností otáčení součástí nabídky

#### Dotaz:

Z výše uvedeného požadavku není zřejmé, o jaký monitor se jedná. Standardně dokovací stanici dodává dodavatel monitorovacího systému. Bude tedy zadavatel akceptovat dodávku poličky na monitor s požadovanou nosností 5kg, bez dokovací stanice?

#### Odpověď:

*Zadavatel bude akceptovat otočnou poličku s nosností 5 kg. Dokovací stanice k monitoru nebude součástí dodávky inkubátoru.*

### **Dotaz III.:**

Zadavatel v části 4. Plicní ventilátor – 10 ks požaduje:

Nastavitelná frekvence: min 5 – 150 Hz

Dotaz:

Požadovaný rozsah nesplňuje žádný přístroj na trhu. Akceptuje zadavatel rozsah nastavení frekvence min. 5 – 150 /min pro konvenční ventilaci a min 5 – 20 Hz pro HFO?

Odpověď:

*Zadavatel bude akceptovat rozsahy ventilace 5-150 /min pro konvenční ventilaci a 5-20 Hz pro HFO.*

**Dotaz IV.:**

Zadavatel v části 4. Plicní ventilátor – 10 ks požaduje:

Objem dechu: - pro děti 0,02 – 0,35 l

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat rozsah pro děti 0,02 – 0,3 l? Tento rozsah je běžně dostatečný pro ventilaci pacientů do hmotnosti 40 kg a plně pokrývá požadavek této technické specifikace na plicní ventilátor určen pro dechovou podporu kriticky nemocných novorozenců a dětských pacientů s hmotností 0,4 – 20 kg.

Odpověď:

*Zadavatel bude akceptovat dechový objem 0,02 – 0,3 l u novorozenců o hmotnosti od 400 g.*

**Dotaz V.:**

Zadavatel v části 4. Plicní ventilátor – 10 ks požaduje:

Další požadavky: nastavení strmosti inspirační tlakové křivky (Inspirační flow) – možnost voleb Demand Flow nebo Continuous Flow systém

Dotaz:

Výrazy pro volby Demand Flow a Continuous Flow systém užívá konkrétní výrobce. Bude zadavatel akceptovat splnění tohoto požadavku možností volby mezi Slope nebo Insp. Flow, mající stejnou funkci?

Odpověď:

Zadavatel požaduje možnost ovlivnění – nastavení náběhu inspiria. Zadavatel bude akceptovat funkci Slope/Flow.

**Prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Na základě shora uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 2. 11. 2018 do 10.00 hod.**

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA  
ředitel FN Brno