

Naše zn.: 2018/152046 /FNBRNO -14.7.2 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 12. 10. 2018

Veřejná zakázka Elektrody pro mikrovlnnou ablaci

Vážení,

zadavatel obdržel dne 11. 10. 2018 dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

v zadávací dokumentaci bod IV. Technické podmínky bod 2. Technická specifikace mikrovlnného ablačního systému uvádíte požadavek na Vozík pro snadnou manipulaci a přemístění ablačního systému mezi pracovišti, 4x antistatická kolečka z toho 2 brzděná. Je tento vozík bezpodmínečně vyžadován a nabídka neobsahující vozík bude vyřazena nebo jste ochotni tento požadavek vyřadit?

Odpověď:

Zadavatel trvá na dodání požadovaného vozíku dle specifikace.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno