

Naše zn.: 2018/ 152926 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 15. 10. 2018

Veřejná zakázka Laparoskopická věž

Vážení,

zadavatel obdržel dne 12. 10. 2018 dotaz týkající se veřejné zakázky Laparoskopická věž, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí, že laparoskopická věž je určena pro Centrální operační sály – Urologie Fakultní nemocnice Brno. V technických podmínkách předmětu zakázky v části kamerová jednotka však není uveden požadavek na podporu flexibilních endoskopů s čipem na distálním konci. Technologie čipu na distálním konci přináší pro operátora řadu výhod a díky zlevňování této technologie se stává standardem v oboru urologie. Jelikož se v případě laparoskopické věže jedná o dlouhodobou investici, účastník se domnívá, že kamerová jednotka tuto funkcionalitu musí podporovat, aby bylo možné systém v budoucnu rozšířit o další příslušenství. Bez podpory této funkcionality bude oddělení po dobu životnosti věže odkázáno na starší technologii vláknových endoskopů, které mají řadu nevýhod a někteří výrobci již tuto technologii přestávají vyrábět.

Na základě výše uvedeného se proto ptáme, zda-li zadavatel u kamerové jednotky vyžaduje možnost připojení HD flexibilních endoskopů pro urologii s technologií čipu na distálním konci jako je ureterorenoskop a cystoskop?

Odpověď:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje kamerovou jednotku s 3-čipovou CMOS nebo CCD FULL HD kamerovou hlavou s rozlišením min. 1920 x 1080 px s očníkovým optickým adaptérem pro uchycení optik od různých výrobců a rigidní optiku. Zadavatel bude akceptovat i kamerovou jednotku, která bude mít výše uvedené vlastnosti a navíc i schopnost připojení HD flexibilních endoskopů s technologií čipu na distálním konci.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Na základě shora uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 19. 11. 2018 do 10.00 hod.** V této souvislosti zadavatel upozorňuje, že bude přijímat nabídky **již pouze v elektronické podobě.**

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láničková, tel. 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz