

Naše zn.: 2018/159406 /FNBRNO -14.7.2 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 25. 10. 2018

Veřejná zakázka Spotřební materiál k zajištění žilního vstupu

Vážení,

zadavatel obdržel dne 22. 10. 2018 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v technických podmínkách v části č. 2 následovně:

- **komůrka musí být identifikovatelná jako CT a MR kompatibilní**
- **nízkoprofilová "dětská" komůrka**

Stejný požadavek je i u části 1. a 3., kde však dává smysl – komůrka je součástí portů, nikoliv PICC katetrů.

Neuvedl zadavatel tento požadavek omylem – zkopírováním tohoto požadavku do všech skupin?

Odpověď:

Ano, v části 2 jsou tyto požadavky uvedeny omylem.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje katetry o průměru 4F a 5F o délce 55 cm, **bude zadavatel akceptovat u průměru 4F délku katetru 51 cm a u 5F 56 cm?**

Odpověď:

Zadavatel bude takovou nabídku akceptovat.

Změna zadávací dokumentace

V souvislosti se shora uvedenými odpověďmi na zaslané dotazy a s provedenou revizí technických podmínek zadavatel mění zadávací dokumentaci – technickou specifikaci částí 1 a 2 takto:

Část 1) Mini porty

- obsahem každého balení musí být: mikropunkční set (tenká jehla a tenký drátěný vodič), peel away sheet, tunelizátor, Huberova jehla
- ~~katetr bez nutnosti údržby heparinem (nutno v nabídce doložit prohlášením výrobce)~~
- průměr katetru 5 Fr, 5,8 Fr, 6 Fr, 6,6 Fr, výjimečně 8,5 Fr
- jednolumen katetr, rtg kontrastní

- možnost přetlakové aplikace při CT (průtok 5ml/s; max. použitelný tlak 300 psi)
- komůrka musí být identifikovatelná jako CT a MR kompatibilní
- nízkoprofilová "dětská" komůrka, malé provedení (max. 20x15x10 mm), tvar oválný, low profil u 6,6 Fr a 8,5 Fr
- ~~set kompatibilní s EKG navigací konce katetru (drátěný vodič v katetru nebo vodivá koncovka katetru nebo vodivý adaptér)~~

Část 2) PICC katétrů

- obsahem každého balení musí být: mikropunkční set (bezpečnostní mikropunkční jehla 21, echogenní typ pro viditelnost UTZ, tenký drátěný vodič), bezpečnostní skalpel, trhací zavaděč 4,5 Fr po stranách vedení pro snadné rozlomení zavaděče, adaptér katétru s bočním vstupem - šroubovací, centimetr na měření délky zavedení, kartička pro pacienta v ČJ
- polyuretan 4 generace, termosensitivní, nepřilnavý, jemný
- průměr katetru 4 Fr s délkou 51cm nebo 55cm a 5 Fr s délkou 55 cm nebo 56 cm s otevřeným koncem, kónický
- rtg kontrastní
- možnost přetlakové aplikace při CT (průtok 5ml/s; max. použitelný tlak 300 psi)
- ~~komůrka musí být identifikovatelná jako CT a MR kompatibilní~~
- ~~nízkoprofilová "dětská" komůrka~~
- doporučení vhodného desinfekčního prostředku
- samostatně balené dostupné komponenty - vodič katétru 0,018 x 45 cm, bezpečnostní mikropunkční jehla 21 G, trhací zavaděč 4,5 Fr

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Na základě shora uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 27. listopadu 2018 do 10.00 hod.**

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno