

Naše zn.: 2018/ 161562 /FNBRNO -14.7.2 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 30. 10. 2018

Veřejná zakázka Spotřební materiál k zajištění žilního vstupu

Vážený,

zadavatel obdržel dne 25. 10. 2018 dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz

Prosím o bližší specifikaci k části 2, není zde uvedeno, kolik lumen mají PICC katétry mít. Dále mám dotaz k délce katétrů, je možno nabídnout i délku 50 cm?

Odpověď:

*Zadavatel nebude akceptovat nabízenou 50 cm délku katetru.
Zadavatel požaduje PICC katetr jak jednocestný, tak i dvoucestný.*

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno