

Naše zn.: 2018/ 162326 /FNBRNO -14.7.2 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 31. 10. 2018

Veřejná zakázka Spotřební materiál k zajištění žilního vstupu

Vážení,

zadavatel obdržel dne 26. 10. 2018 dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

V zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce v Části 1) Mini porty požaduje zadavatel:

-průměr katetru 5 Fr, 5,8 Fr, 6 Fr, 6,6 Fr, výjimečně 8,5 Fr

a

- nízkoprofilovou "dětskou" komůrku, malé provedení (max. 20x15x10mm), oválný tvar, low profil u 6,6 Fr a 8,5 Fr.

Jsme dlouholetým dodavatelem "dětských" portů o uvedené velikosti a průměru katetrů 6 Fr do Vaší Fakultní nemocnice. Katétr 8,5 Fr dodáváme s "dětskými" porty kulatého tvaru o průměru 25mmx10mm.

Bude zadavatel akceptovat nabídku s "dětskými" porty výše uvedených specifikací?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Na základě shora uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 3. prosince 2018 do 10.00 hod.**

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno