

Naše zn.: 2018/ 165635 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 6. 11. 2018

Veřejná zakázka FN Brno modernizace perinatologického centra II

Vážení,

zadavatel obdržel dne 5. 11. 2018 dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz I.:

Část č. 4 Plicní ventilátor

Dotaz č. 1 – Ventilátor

Zadavatel požaduje: objem dechu: - pro novorozence min. 2 ml – 100 ml
pro děti 0,02 – 0,35 l

Uchazeč nabízí: nastavitelný rozsahu dechu v rozmezí 2 ml – 350 ml s nastavením:
pro novorozence 2 ml – 50 ml
pro děti 10 ml – 350 ml

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení ventilátoru s dechovým objemem pro novorozence 2 – 50 ml a pro děti 10 – 350 ml.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Na základě shora uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 7. 12. 2018 do 10.00 hod.**

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno