

Naše zn.: 2018/ 166552 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 7. 11. 2018

Veřejná zakázka Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno – příslušenství k operačním stolům

Vážení,

v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce o počty požadovaného zboží v jednotlivých částech takto:

Pro část 1

Příslušenství k operačním stolům pro 2. etapu – Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro urologii a KPRCH

prodloužení sedací části - urologické (pánevní) prodloužení k operačnímu stolu Maquet 1160, PUR polstrování, RTG transparentní, pro urologické intervence, TUR, ... **2 ks**

miska na znečištěné nástroje – nerezová miska na otočném rameni připojitelná namísto nožního segmentu operačního stolu, snadná demontáž, zatížitelnost 5 kg **2 ks**

patní gelová podložka – gelová podložka pod paty pro uvolnění tlaku, pár, 175 x 30 x 190 mm **8 ks**

gelový pultálec – gelový pultálec pro rozložení/zmírnění tlaku, 140 x 100 x 500 mm **6 ks**

polohovací polštář malý – gelový polštář pro rozložení/zmírnění tlaku, 110 x 60 x 300 mm **4 ks**

polohovací polštář velký – gelový polštář pro rozložení/zmírnění tlaku, 150 x 80 x 400 mm **4 ks**

vyhřívací podložka pod pacienta na operační stůl s řídicí jednotkou – 180 x 80 cm, rozsah teploty 32 – 39 °C (krok 0,5 °C), RTG transparentní, 8 čidel teploty, alarmy při překročení teploty, vodotěsné **6 ks**

obal na vyhřívací podložku – Antistatický, RTG transparentní, vodotěsný, 180 x 80 cm **10 ks**

čisticí vozík pro základny OTESUS – transportér pro čištění základů operačních stolů Maquet 1150 a 1160 **1 ks**

IR ovladač k operačnímu stolu Maquet – IR dálkový, programovatelný ovladač s displejem k operačnímu stolu Maquet 1160 **2 ks**

dobíjecí stanice – indukční nabíjecí stanice pro dálkový ovladač stolu Maquet 1160 **1 ks**

bodové lůžko dvoudílné – dvoudílný polštář pro polohu na břiše, RTG transparentní, rozměry: 1. díl 500 x 200 x 250, 2. díl – 500 x 200 x 350 mm **1 ks**

gelová podložka – gelová podložka pro rozložení/zmírnění tlaku pod hlavu při poloze na břiše, 240 x 130 x 280 mm **4 ks**

košík ke stojanům na příslušenství – drátěný košík na odložení příslušenství, 835 x 275 x 135 mm **4 ks**

podložka pod horní končetinu – anesteziologická podložka ruky nastavitelná, otočná, upínací popruhy, integrovaná standardní svorka, délka 450 mm **4 ks**

držák dolních končetin – „šaut“, nastavení sklopení pomocí kulového kloubu, uchycení na boční lištu stolu, upínací popruh **2 ks**

Pro část 2

Příslušenství k operačním stolům pro 3. etapu – Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro ortopedii

adaptér pro připojení standardního držáku – adaptér pro připojení speciálních polohovacích zařízení a opěrek pro hlavu a doplňků k operačnímu stolu Maquet **1 ks**

hlavová podložka s modrým gelem – podkova pod hlavu s gelovým polsterem a kladkou pro trakci, umožňuje anatomické uložení hlavy i v nakloněných polohách a vleže **1 ks**

hlavová podložka černá – podkova pod hlavu, dvoudílná, uložení hlavy i v nakloněných polohách a vleže, nastavitelná šíře **2 ks**

držák hlavové podložky – trojkloubový držák podkovy pod hlavu, 3 klouby pro široký rozsah nastavení **2 ks**

plastová botka pro trakci vel. S – plastová trakční bota s vakuovou vložkou, vel. S, stabilizace DK pacienta, rychlé připojení k extenzi **1 ks**

plastová botka pro trakci vel. M/L - plastová trakční bota s vakuovou vložkou, vel. M/L, stabilizace DK pacienta, rychlé připojení k extenzi **1 ks**

kryty na nastavitelné elementy spinálního stolu – kryty pozičních elementů spinálního stolu **1 ks**

svorka na eurolištu – radiální svorka pro uchycení příslušenství na eurolištu, nastavitelná **8 ks**

arm protector – plochý chránič HK - chránič HK uchytitelný na eurolištu, nerez, komfortní polstrování, 250 x 190 x 450 mm **6 ks**

arm pad large - gelová podložka pro HK - gelová podložka pod ruku 180 x 35 x 460 mm **6 ks**

sacral support – gelová podložka pod sakrum, 380 x 25 x 400 mm **6 ks**

stolek pro výkony na horní končetině a ruce – RTG transparentní stolek pod horní končetinu, nastavitelná výška 700 – 1150 mm, 380 x 845 mm **1 ks**

prodloužení sedací části – pánevní prodloužení k operačnímu stolu Maquet 1160, PUR polstrování, RTG transparentní **1 ks**

gelová podložka pod hlavu – gelová podkova pod hlavu velká, prům. 200 mm	4 ks
gelová podložka pod hlavu – gelový kruh pod hlavu velký, prům. 200 mm	4 ks
gelová podložka pod hlavu – gelová podložka pod hlavu, velká, 240 x 90 x 280 mm	4 ks
gelová podložka - gelová podložka pro rozložení tlaku, 1150 x 520 x 10 mm	8 ks
gelová podložka - gelová podložka pro rozložení tlaku, 520 x 520 x 10 mm	8 ks
patní gelová podložka - gelová podložka pod paty, pár, 100 x 70 x 180 mm	8 ks
košík ke stojanům na příslušenství – drátěný košík na odložení příslušenství, 835 x 275 x 135 mm	4 ks
podložka pod horní končetinu – anesteziologická podložka ruky nastavitelná, otočná, upínací popruhy, integrovaná standardní svorka, délka 450 mm	4 ks
držák dolních končetin – „šaut“, nastavení sklopení pomocí kulového kloubu, uchycení na boční lištu stolu, upínací popruh	2 ks

Pro část 3

Příslušenství k operačním stolům pro 4. etapu - Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro neurochirurgii a stomatochirurgii

RTG transparentní podpěra HK – podpěra HK ke karbonové operační desce, 100 x 50 cm	1 ks
Weinbergerův fixátor ruky - pro trakci, uchytitelný do držáku Trimano, plastový – RTG transparentní, resterilizovatelný	1 ks
Adaptér k Trimanu – uchycení Weinbergerova fixátoru ruky	1 ks
Weinbergerova trakce k Trimanu – Weinbergerova fixace ruky k zařízení Trimano, TRG transparentní, resterilizovatelná	1 ks
polohovací zařízení pro humerus – pro repozici při intramedulárním hřebování, přísl. svorka, ochrana plexu a horizontální vodič	1 ks
loketní kontra trakční sloupek k Trimanu – pro intramedulární hřebování, naklapovací, RTG transparentní, materiál podložky - PUR, materiál sloupku – uhlíkaté vlákno	1 ks
kontra trakční sloupek pro humerus - pro intramedulární hřebování, RTG transparentní, přísl. svorka	1 ks
podpěrná deska paže – deska pro operace HK v pronační poloze, RTG transparentní, výškově nastavitelná o 100 mm, materiál – PUR, 210 x 260 mm, standardní svorka	1 ks
podpažní podpora - RTG transparentní podpěra axilly, materiál – PUR, standardní svorka	1 ks
loketní podpora – podpora lokte pro repozice zlomenin, uchycení k postranní liště	1 ks
ramenní deska pro Trimano – naklikávací mechanismus, materiál SFC	1 ks
předloketní podpěra pro Trimano – podpěra předloktí k Trimanu pro operace ramene, nerezová ocel, resterilizovatelná	1 ks

návleky na ramenní podpěru – pěnové návleky na předloketní podpěru pro Trimano	1 ks
standardní držák trojbodové svorky hlavy – pro fixaci hlavy, ovládání jednou rukou	2 ks
spojovací část k trojbodové svorce – umožní rotaci hlavové svorky	2 ks
trojbodová svorka hlavy – bezpečné uchycení hlavy při neurochirurgických výkonech	2 ks
sada pinů pro hlavovou svorku – nerezová ocel, resterilizovatelné	2 ks
adaptér pro připojení standardního držáku – adaptér pro připojení speciálních polohovacích zařízení a opěrek pro hlavu a doplňků k operačnímu stolu Maquet	2 ks
boční zarážka – fixační boční zarážka, 100 x 215 mm, materiál PUR, standardní svorka	4 ks
pás pro fixaci pacienta se svorkou – uchycení k postranní liště, nastavení délky, 120 x 1500 mm	5 ks
pás pro fixaci pacienta - nastavení délky, 120 x 2200 mm, možnost praní	5 ks
pás pro fixaci DK – bezpečné uchycení DK	6 ks
tunel pro DK – polštář mezi nohy pro polohu na boku, tunel, RTG transparentní, 40 x 22 x 65 cm	3 ks
arm protector – plochý chránič HK - chránič HK uchytitelný na eurolištu, nerez, komfortní polstrování, 250 x 190 x 450 mm	6 ks
košík ke stojanům na příslušenství – drátěný košík na odložení příslušenství, 835 x 275 x 135 mm	2 ks
podložka pod horní končetinu – anesteziologická podložka ruky nastavitelná, otočná, upínací popruhy, integrovaná standardní svorka, délka 450 mm	4 ks

Doplňná zadávací dokumentace bude rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno