

Naše zn.: 2018/170465/FNBRNO-14.7.2 – DrK/Os
Vaše zn.: -

V Brně dne 14. 11. 2018

Veřejná zakázka – Reagencie pro analýzu moči

Vážený, zadavatel obdržel dne 13. 11. 2018 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Reagencie pro analýzu moči, ke kterému sděluje následující:

Dotaz č. 1.:

Může uchazeč o tuto veřejnou zakázku nabídnout analyzátory, jejichž hlavní technologie je vývojově 15 let stará? Zadavatel sice v technických podmínkách požaduje zboží nové, ale nespecifikuje stáří technologie. Vývoj v oblasti močové analýzy jde rychle dopředu a vzhledem k tomu, že zadavatel je fakultní nemocnice, očekávali bychom požadavek na nejnovější technologie v této oblasti – například požadavek na přístroje, které byly uvedeny na trh v posledních pěti letech.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že účastník může nabídnout analyzátory, které splňují požadavky přístrojového vybavení v rozsahu uvedené specifikace. Hypotetický parametr historie použitých technologií ve specifikaci uveden není.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno