

Naše zn.: 2018/ 170630 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 14. 11. 2018

Veřejná zakázka Vybavení FN Brno pro návaznou péči – infuzní technika

Vážení,

zadavatel obdržel dne 9. 11. 2018 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

V souladu s ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., (dále jen „zákon“) zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce vedené pod názvem „Vybavení FN Brno pro návaznou péči – infuzní technika“ **pro část č. 1 Infuzní technika pro chirurgické obory.**

- 1. V Technických podmínkách zadavatel u infuzní pumpy uvádí požadavek „možnost provozu bez kapkového detektoru“, mohl by zadavatel upřesnit, zda kapkový detektor má být součástí dodávky či nikoli? Pokud ano, požaduje zadavatel nacenit stejný poměrový počet kapkových senzorů k počtu požadovaných pump jako v části 2 tzn. cca 33%? Nebo upřesní zadavatel počet senzorů?**

Odpověď:

Zadavatel v části č. 1 pro chirurgické obory požaduje infuzní pumpy s možností provozu bez kapkového detektoru a proto ani neuváděl počet kapkových detektorů.

- 2. V Technických podmínkách zadavatel u SW a HW pro sledování infuzních přístrojů na oddělení uvádí požadavek:**
 - a. „Nutnost přenosu dat pro výpočet tekutinové bilance do NISu“. Chápeme tento požadavek správně tak, že tuto podmínku splňuje řešení, kdy může být export nutných dat pro výpočet tekutinové bilance proveden v libovolné textové struktuře např. csv, .xml, txt a další?**

Odpověď:

Zadavatel požaduje přenos dat pro výpočet tekutinové bilance do NISu a je zcela na dodavateli, jakým způsobem data přeneše. Zadavatel bude akceptovat i přenos pomocí textové struktury dat – např. CSV, XML,

- b. „PC + monitor...“ bude zadavatel akceptovat řešení all-in-one PC? Tzn. monitor i PC v jednom?**

Odpověď:

Zadavatel požaduje PC + monitor (min. 24", rozlišení min. 1920 x 1080) dle doporučení výrobce ZP. Z důvodu nižších nákladů na případné budoucí opravy (výměna pouze jedné komponenty - PC nebo monitoru) zadavatel požaduje samostatné přístroje (PC a monitor).

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láníčková, tel. 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz