

Naše zn.: 2018/ 171291 /FNBRNO -14.7.2 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 15. 11. 2018

Veřejná zakázka Spotřební materiál pro Centrální sterilizaci

Vážení,

v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce o parametry testování předložených vzorků takto:

Předložené vzorky budou testovány v provozu na pracovišti oddělení Centrální sterilizace, Fakultní nemocnice Brno dle níže uvedených parametrů:

- | | |
|------------------------------|---|
| o Část 1 - Filtry: | kompatibilita s daným typem kontejneru |
| o Část 2 - Testy: | kompatibilita s testovacím tělesem GKE a kvalita-jednoznačná průkaznost- změny barvy po sterilizaci |
| o Část 3 - Indikátory: | kvalita-jednoznačná průkaznost- změny barvy nebo změny testu po procesu, ke kterému je test určen |
| o Část 4 - Netkané textilie: | pevnost, odolnost, barevná stálost, vlastnosti umožňující snadné balení a lepení páskou |
| o Část 5 - Plomby: | kompatibilita s daným typem kontejneru |
| o Část 6 - Absorpční papír: | schopnost a míra absorpce zbytkové vody v kontejneru |
| o Část 7 – Štítky, pásky: | kompatibilita s daným typem kontejneru, kvalita-jednoznačná průkaznost změny barvy po sterilizaci, míra lepivosti |

Doplňená zadávací dokumentace bude rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti se shora uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny **do 28. listopadu 2018 do 9.00 hod.**

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno