

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2013/..../FNBRNO - 15.2.1– Va/St
Vaše zn.

Brno 22.dubna 2013

Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení plnění

Předmětem plnění je dodávka **1ks digitálního dermatoskopu** pro Dermatovenerologickou kliniku, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno dle přiložené technické specifikace

Medicínský účel – pro přesné rozlišení pigmentových afekcí

2. Místo a doba plnění

- Místem plnění je FN Brno, DVK, PMDV
- Doba plnění je součástí nabídky uchazeče

3. Podmínky pro plnění

Nabídka bude obsahovat:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)
- vlastní nabídku s technickou specifikací
- záruční lhůta min. 24 měsíců
- servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době
- pravidelné servisní prohlídky (PBTk) předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně a bez vyzvání
- prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy v českém jazyce
- označení CE
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

- celková nabídková cena včetně DPH bude zpracována ve členění jednotlivých položek včetně dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti s vyčíslením DPH zvlášť
- platební podmínky:
- Platba bude provedena po splnění dodávky se splatností faktury 90 dnů

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

6. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.

7. Zadavatel si vyhrazuje právo

- zrušit výběrové řízení

8. Termín a způsob podání nabídky

do 30.4.2013 do 11,00 hod.

- a) poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů
Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

- b) nebo osobně na sekretariát Odboru obchodu, marketingu a vnějších vztahů FN Brno (lůžkový trakt 3NP) v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001, nabídka bude označena – **Nabídka – Neotvírat - „Digitální dermatoskop“**

9. Název a sídlo organizace

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy :

Technická specifikace

Technické specifikace:

na digitální dermatoskop pro přesné rozlišení pigmentových afekcí

- ruční digitální kamera s minimálně HD rozlišením osazená LED osvětlením se spektrem denního světla
- integrované UV LED osvětlení umožňující fluorescenční fotodynamickou diagnostiku
- optika kamery musí zajišťovat, standardizovanou kvalitu obrazu v celém rozsahu makro–mikroskopie kamery, umožňující reprodukovatelnost nálezu a jeho softwarově podporovanou diagnostiku
- rozsah optického zvětšení (skokově) minimálně 15x až 100x
- hlavice kamery umožňující živý náhled snímaného obrazu, opatřená tlačítka pro ovládání optického zvětšení a softwaru v PC
- automatický kalibrační systém kamery
- propojení kamery s PC pomocí USB kabelu

Požadavky na software:

- SW obsahující databázovou, analytickou a expertní část
- expertní systém založený na databázi histologicky vyšetřených vzorků v rámci multicentrické studie EU
- režim screeningového vyšetření s přibližným okamžitým vyhodnocením léze, bez nutnosti ukládání obrazu
- možnost přehledných kontrol a srovnání (follow up)
- možnost označení snímků pomocí barevných kódů
- vyhledávací nástroje včetně fulltextového vyhledávání
- modul pro fototrichologii
- modul pro detekci nově vzniklých lézí označených na základě srovnávání základní digitální fotografie a dalších kontrolních snímků
- možnost rozšíření o další moduly
- software v českém jazyce

Příslušenství:

- notebook s operačním systémem Windows a rozhraním USB

Obecné požadavky na přístroj:

- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230V / 50 Hz

Další podmínky:

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas...)
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ .
- označení přístroje „CE“
- délka záruky min. 24 měsíců
- autorizovaný servis v ČR (doklad o splnění zákona 346/2003 Sb., §31 odstavec 3 platném znění)
- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy
- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání,
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce **s oceněním** jednotlivých položek

- bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti rozložené do dvou etap:
 - úvodní školení
 - následné po cca 3 měsících, zaměřené na srovnávání a vyhodnocování klinických nálezů
- 2x návod v ČJ (možnost 1x tištěný a 1x na CD)

Pokud je uveden číselný technický parametr, zadavatel akceptuje toleranci + - 10%