

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: 71234621/0100

Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO

www.fnbrno.cz

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon))

### Veřejná zakázka: Ultrazvukové přístroje

#### dle § 85 odst. 2 písm. a)

Identifikační údaje zadavatele	Obchodní firma: Fakultní nemocnice Brno Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA IČ: 65269705
Předmět veřejné zakázky	Předmětem zadávacího řízení bylo uzavření smluv na dodávku ultrazvukového přístroje s duálním zobrazením a dodávku ultrazvukového přístroje pro sonografii novorozence.
Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/	Ultrazvukový přístroj ACUSON S2000 – <b>2.707.807 Kč</b> Ultrazvukový přístroj Logiq P6 – <b>783.700 Kč</b>

#### dle § 85 odst. 2 písm. b)

Zvolený způsob zadávacího řízení	Otevřené řízení
----------------------------------	-----------------

#### dle § 85 odst. 2 písm. c) – vybraný uchazeč

##### Část 1

Uchazeč	<b>MEDIFINE a.s.</b>
Sídlo	Florianova 440/17, 612 00 Brno
IČ:	27718948
DIČ:	CZ27718948
Důvod výběru	Uchazeč splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací podmínky. Nabídka uchazeče byla na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena vyhodnocena jako nejvhodnější.

##### Část 2

Uchazeč	<b>Electric Medical Service s.r.o.</b>
Sídlo	Ledce 74, 664 62 Ledce
IČ:	49970267
DIČ:	CZ49970267
Důvod výběru	Uchazeč splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací podmínky. Nabídka uchazeče byla na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena vyhodnocena jako nejvhodnější.

**dle § 85 odst. 2 písm. d) – uchazeči a nabídkové ceny****Uchazeč č. 1**

Uchazeč	<b>MEDATA, spol. s r.o.</b>
Sídlo	Milady Horákové 11, 602 00 Brno
IČ:	18626220
Nabídková cena (bez DPH) část 1	3.438.074 Kč
Nabídková cena (bez DPH) část 2	1.016.217 Kč

**Uchazeč č. 2**

Uchazeč	<b>AUDIOSCAN, spol. s r.o.</b>
Sídlo	Oldřichova 107/50, 128 00 Praha 2
IČ:	40615421
Nabídková cena (bez DPH) část 1	2.220.000 Kč
Nabídková cena (bez DPH) část 2	1.130.000 Kč

**Uchazeč č. 3**

Uchazeč	<b>NIMOTECH, s.r.o.</b>
Sídlo	Šumavská 416/15, 602 00 Brno
IČ:	18825605
Nabídková cena (bez DPH) část 1	Uchazeč nepodal nabídku.
Nabídková cena (bez DPH) část 2	945.000 Kč

**Uchazeč č. 4**

Uchazeč	<b>BioVendor – Laboratorní medicína a.s.</b>
Sídlo	Tůmova 2265/20, 616 00 Brno
IČ:	63471507
Nabídková cena (bez DPH) část 1	2.877.193 Kč
Nabídková cena (bez DPH) část 2	Uchazeč nepodal nabídku

**Uchazeč č. 5**

Uchazeč	<b>Electric Medical Service s.r.o.</b>
Sídlo	Ledce 74, 664 62 Ledce
IČ:	49970267
Nabídková cena (bez DPH) část 1	Uchazeč nepodal nabídku.
Nabídková cena (bez DPH) část 2	783.700 Kč

**Uchazeč č. 6**

Uchazeč	<b>MEDIFINE a.s.</b>
Sídlo	Florianaova 440/17, 612 00 Brno
IČ:	27718948
Nabídková cena (bez DPH) část 1	2.707.807 Kč
Nabídková cena (bez DPH) část 2	Uchazeč nepodal nabídku.

**dle § 85 odst. 2 písm. e) – vyloučení uchazeči**

**Část 1**

Uchazeč č. 1

Uchazeč	<b>MEDATA, spol. s r.o.</b>
Sídlo	Milady Horákové 11, 602 00 Brno
IČ:	18626220
Odůvodnění vyloučení	Uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci tím, že nabízený přístroj nedisponuje konektory pro současné aktivní připojení minimálně 3 uzv snímačů (pouze 2 aktivní konektory), černobílým panoramatickým zobrazením s možností kombinace s barevným Dopplerem (pouze zobrazení zvlášť) a speciální lineární širokopásmovou multifrekvenční elektronickou sondou pro vyšetření novorozenců, pracující v pásmu v rozsahu min. 5 – 14 MHz a mající tvar T, resp. označovanou jako „hokejka“, délka kontaktní plochy min. 26 mm.

Uchazeč č. 2

Uchazeč	<b>AUDIOSCAN, spol. s r.o.</b>
Sídlo	Oldřichova 107/50, 128 00 Praha 2
IČ:	40615421
Odůvodnění vyloučení	Uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci tím, že nabízený přístroj nedisponuje technologií umožňující zobrazit a měřit stupeň fibrotizace tkáně v reálném čase (sonoelasticity) v abdominální oblasti (játra) využívající stříhové vlny s možností použití tohoto módu nejenom na konvexní, ale i na lineární sondě a sektorovou širokopásmovou multifrekvenční elektronickou sondou pro vyšetření hlaviček a dětského břicha pracující v pásmu v rozsahu min. 3 – 8 MHz s možností volby pracovního kmitočtu operátorem a postavená na technologii poskytující nejlepší elevační fokusaci, kontaktní plocha 18 mm.

**Část 2**

Uchazeč č. 2

Uchazeč	<b>AUDIOSCAN, spol. s r.o.</b>
Sídlo	Oldřichova 107/50, 128 00 Praha 2
IČ:	40615421
Odůvodnění vyloučení	Uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci tím, že nespĺňuje technický požadavek na modalitu umožňující nastavení odesílání na více DICOM NODů (min. 3).

**dle § 85 odst. 2 písm. f) – odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu**

-----

**dle § 85 odst. 2 písm. g) – zdůvodnění použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění**

-----  
**dle § 85 odst. 2 písm. h) – důvod zrušení zadávacího řízení**  
-----

Zpráva zpracována dne:	24. 4. 2013
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	MUDr. Roman Kraus, MBA
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	