

Naše zn.: 2018/191128/FNBRNO-14.7.2 – DrK/Os
Vaše zn.: -

V Brně dne 20. 12. 2018

Veřejná zakázka – Reagencie pro analýzu moči

Vážený, zadavatel obdržel dne 18. 12. 2018 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Reagencie pro analýzu moči, ke kterému sděluje následující:

Dotaz pro Část 2:

Zadavatel specifikoval výkon plně automatických močových analyzátorů minimálně 100 vzorků/hodinu jak pro Pracoviště medicíny dospělého věku (Bohunice), tak i pro Pracoviště dětské medicíny (Dětská nemocnice). Ve Vysvětlení zadávací dokumentace k 20. 11. 2018 zadavatel uvedl, že Pracoviště dětské medicíny (Dětská nemocnice) požaduje 14 000 vyšetření za rok.

Bude zadavatel akceptovat nabídku analyzátoru pro Pracoviště dětské medicíny (Dětské nemocnice) splňujícího všechny zadané specifikace s tím, že jeho výkon by byl 60 vzorků/hodinu? Vzhledem k ročnímu počtu vzorků daného pracoviště by výkon 60 vzorků/hodinu měl být jistě dostačující. Zdůrazňujeme, že analyzátor pro Pracoviště dětské medicíny by byl plně kompatibilní, co se týče technologie, výsledků, reagentů atd. s analyzátozem nabízeným pro Pracoviště medicíny dospělého věku.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že bude akceptovat nabídku analyzátoru pro Pracoviště dětské medicíny (PDM) splňující všechny zadané parametry vyplývající ze zadávací dokumentace s výkonem 60 vzorků/hodinu. Na základě této odpovědi bude prodloužena lhůta pro podání nabídek o celou svou původní délku.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno