

Naše zn.: 2018/ 192076 /FNBRNO -14.7.2 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 21. 12. 2018

Veřejná zakázka Spotřební materiál k zajištění žilního vstupu

Vážení,

zadavatel obdržel dne 18. 12. 2018 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz 1) Část 1 – Mini porty

Zadavatel v technické specifikaci uvádí požadavek na velikost komůrky max 20 x 15 x 10 mm, tvar oválný.

Bude zadavatel akceptovat velikost 22,7 x 16,9 x 9,2mm oválné komůrky u 6Fr portu?

Odpověď:

Ne, zadavatel nebude takovou nabídku akceptovat.

Dotaz 2) Část 2 – PICC katétry

Zadavatel v technické specifikaci uvádí požadavek 55cm délku katetru a dle později zveřejněných dotazů požadavek na jednocestné / dvoucestné provedení PICC katetrů.

Bude zadavatel akceptovat délku 60cm u 4Fr katetru? Katetr lze krátit.

Jsou požadovány jednocestné i dvoucestné katetry u obou variant 4Fr i 5Fr? Bude zadavatel akceptovat u 4Fr pouze jednocestný katetr?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat délku 60 cm u 4F katetru. Zadavatel požaduje dvoulumenné katetry 4Fr i 5 Fr, tedy neakceptuje 4Fr jednocestný.

Dotaz 3) Část 3 – Porty

Jsou požadovány průměry 6.5Fr – 9Fr.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na porty s těmito průměry? 6.6Fr, 7Fr, 8Fr a 9.6Fr ?

Odpověď:

Zadavatel požaduje průměry 6,5 – 9Fr. Tedy akceptuje 6,6Fr, 7Fr a 8Fr. Neakceptuje 9,6Fr.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Na základě shora uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 28. ledna 2019 do 10.00 hod.**

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láníčková, tel. 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz