

Naše zn.: 2019/11921/FNBRNO-14.7.2-DrKr/Os
Vaše zn.: -

V Brně dne 22. 1. 2019

Veřejná zakázka: Reagencie pro analýzu moči

Vážení,

zadavatel mění zadávací podmínky tak, že v zadávací dokumentaci v čl. IV. Technické podmínky pro část č. 2 v požadavcích na analyzátor v Mikroskopické analýze přidává do bodu automatizované mikroskopie slovo: např. mozkomíšního moku a dále přidává tyto dva body:

- Maximální potřebný objem mozkomíšního moku 250 µl
- V originálním návodu k přístroji podrobný popis postupu zpracování, měření a výstupu naměřených hodnot vyšetřovaného vzorku mozkomíšního moku

Z tohoto důvodu prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, a to na 11. 2. 2019.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno