

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705  
Bankovní spojení: 71234621/0100  
**Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO**  
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2013/.. /FNBRNO – 15.2.1 – Va/St  
Vaše zn.: -

V Brně 13.května 2013

## **Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu**

### **1. Vymezení plnění**

- Předmětem plnění je dodávka **2 sestav diagnostických pracovních stanic** pro Radiologickou kliniku, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno dle přiložené technické specifikace.

Medicínský účel – vyhodnocování snímkové dokumentace

### **2. Doba a místo plnění**

- Místem plnění je FN Brno, RDK, PMDV
- Doba plnění - zadavatel požaduje **dodání v co nejkratším termínu**

### **3. Podmínky pro plnění**

Nabídka bude obsahovat:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)
- vlastní nabídku s technickou specifikací
- záruční lhůta min. 24 měsíců
- servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době
- pravidelné servisní prohlídky (PBTk) předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně a bez vyzvání
- kalibrace diagnostických monitorů v záruční době zdarma
- prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy v českém jazyce
- označení CE
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

### **4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky**

- celková nabídková cena včetně DPH bude zpracována ve členění jednotlivých položek včetně dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti s vyčíslením DPH zvlášť
- platební podmínky:
- Platba bude provedena po splnění dodávky se splatností faktury 180 dnů

### **5. Způsob hodnocení nabídek**

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

**6. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny**

Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.

**7. Zadavatel si vyhrazuje právo**

- zrušit výběrové řízení

**8. Termín a způsob podání nabídky**

do 22.5.2013 do 11,00 hod.

- a) poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno  
Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů  
Obchodní oddělení  
Jihlavská 20  
625 00 Brno**

- b) nebo osobně na sekretariát Odboru obchodu, marketingu a vnějších vztahů FN Brno (lůžkový trakt 3NP) v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001, nabídka bude označena – **Nabídka – Neotvírat - „Diagnostické stanice“**

**9. Název a sídlo organizace**

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

S pozdravem

Za správnost odpovídá

Bc. Lenka Vamberská  
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

v z. : Martina Střechová

**Přílohy**

Technická specifikace

Vyřizuje: Martina Střechová, tel. 532 232 674

2013/./ FNBRNO - 15.2.1- Va/St

2 /4

## Technická specifikace

Předmětem nákupu jsou 2 kusy diagnostických pracovních stanic se softwarem Centricity, 2 kusy upgradu licencí SW Centricity ze stávající verze 7.0 na vyšší vhodnou pro provoz pod operačním systémem Windows 7 Professional CZ 64-bit, doprava, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhujícího personálu.

### 1. Pracovní stanice:

Dodávka bude zahrnovat **2 sestavy pracovních stanic** v níže uvedené konfiguraci . V každé sestavě budou 2 diagnostické monitory + 1 kancelářský monitor vč. SW.

Konfigurace pracovních stanic:

#### a) Hardware:

Procesor: platforma x86-64, min. 4 fyzická jádra s kmitočtem min. 3GHz.

Operační paměť: min. 8GB v zapojení min. DualChannel.

Pevný disk: systémový - SSD o kapacitě min. 120GB, datový - magnetický o kapacitě min. 1TB/7200 ot./min. Připojení disků přes rozhraní SATA-3.

Síť: Gigabit Ethernet, rozhraní RJ-45, možnost nastavení rychlostí 10/100/1000 Mbit/s a duplexu.

Napájecí zdroj: výstupní výkon min. 400W, certifikace 80Plus.

Optická mechanika: DVD/RW.

Klávesnice, myš (optická).

#### b) Monitory:

Diagnostické: černobílé, úhlopříčka displeje min. 19", rozlišení min. 3MPix (2048x1536), možnost provozování v poloze na šířku i na výšku, digitální vstup(y).

Kancelářské: barevné, úhlopříčka displeje min. 19", rozlišení min. 1280x1024, digitální vstup(y).

#### c) Software

Dodavatel zajistí dodávku potřebných licencí OS, licencí pro upgrade SW Centricity a ovladačů HW.

Samotná instalace OS, ovladačů (vyjma grafických) a nemocničního SW bude provedena zákazníkem (pracovníky CI), dodavatel následně zajistí zprovoznění grafického subsystému, instalaci a konfiguraci SW Centricity a provede počáteční kalibraci zobrazovacího systému.

Operační systém: Windows 7 Professional CZ 64-bit.

Souborový systém: NTFS.

Pracovní stanice bude součástí domény fnbrno.cz.

Na stanici budou aplikovány bezpečnostní updaty podle rozhodnutí správců FN Brno.

SW a všechny jeho komponenty musí být provozuschopné s právy Users -> přihlášení do OS, práva na adresář aplikace a všech jejich souborů, ...

Při instalaci nebudou doinstalovávány další komponenty kromě NET.Framework 2.0 a novější, tedy ne Visual Basic runtime, SUN Java, ...

#### d) Datová síť

Rozhraní: konektor RJ-45, propojovací kabel UTP cat. 5e mezi pracovní stanicí a přípojkou datové sítě v potřebné délce je povinnou součástí dodávky.

Protokol: Ethernet, síťový provoz výhradně TCP/IP.

Pracovní stanice bude mít nastaveno získávání IP adresy z DHCP serveru FN Brno, dodavatel sdělí zákazníkovi (pracovníkům CI) potřebnou MAC adresu příslušného síťového adaptéru a bude garantovat její neměnnost po dobu celého životního cyklu (výjimku může představovat pouze oprava stanice spojená se změnou MAC).

## 2. Služby:

- a) Dodávka, zapojení, konfigurace, zprovoznění.
- b) Ověření komunikace s modalitami GE Definium 8000, Kodak DR9500, Carestream DRX-1 a Kodak CR800 (příjem dat, korektní zobrazování).
- c) Ověření komunikace s archivem obrazové dokumentace Agfa Impax (načítání, ukládání dat, korektní zobrazování).
- d) Provedení počáteční kalibrace zobrazovacího systému a předání informací o kalibraci zákazníkovi (pracovníkům OZT).
- e) Uživatelské bezplatné školení obsluhujícího personálu

## 3. Ostatní

- a) Doklad o splnění normy 93/42/EEC s uvedením klasifikační třídy zdravotnického prostředku (ověřená kopie certifikátu).
- b) Uživatelský návod k SW Centricity v dodané verzi (jazyk český nebo anglický) v papírové a elektronické podobě (formát .doc nebo .pdf).

### další požadavky

- přístroj nový (ne repas. ne demo)
- doložení prohlášení o shodě s uvedenou klasifikační třídou zdravotnického prostředku v českém jazyce
- označení CE
- délka záruční doby min. 24 měsíců
- preventivní prohlídky v záruční době zdarma
- kalibrace diagnostických monitorů v záruční době zdarma
- 2x návod v českém jazyce ( variantně 1x tištěný 1x na CD (formát doc, pdf)) při dodání
- servis v ČR (uvést místo servisu, hod. sazba, doba nástupu na opravu, fakturace cestovních nákladů)
- doložit doklad o splnění zákona 123/2000 Sb.v platném znění, § 31
- reference
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s uvedením ceny jednotlivých položek