

Naše zn.: 2019/30788/FNBRNO-14.7.2 – DrK/Os
Vaše zn.: -

V Brně dne 25. 2. 2019

Veřejná zakázka – Nevaskulární intervence

Vážený, zadavatel obdržel dne 21. 2. 2019 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Nevaskulární intervence, ke kterému sděluje následující:

Dotaz č. 1.:

Vážený,

dle charakteristiky a klasifikace IZZP (individuálně zhotovený zdrav. prostředek), do které spadají Vámi poptávané zdravotnické prostředky (v části 17 a části 64), nelze ze zákona 268/2014 §3 odst.1, vyhovět některým požadavkům této Zadávací dokumentace. Upozorňujeme tímto na fakt, že tento produkt nemůže být standardní položkou na konsignačním skladu:

1.) část 17/ ZP v kategorii IZZP nelze v žádném případě objednat a dodat předem na sklad ! - vždy se bude jednat o výrobu až na základě odsouhlaseného "Požadavku lékaře na zhotovení IZZP pro konkrétní lékaře a konkrétního pacienta s jasně formulovanou indikací a zdůvodněním.

Tato položka sice může být součástí specifikace položek kons. skladu, ale její počet na skladě bude vždy 0 (nula). Expirační doba je dle výrobce 12 měsíců!

2.) část 64 / Jícnový stent 4 / Biodegradabilní jícnový stent lze v rámci této veřejné zakázky nabídnout jako standardní produkt s CE značkou. Jakýkoliv požadavek na individuální variantu tohoto produktu bude muset opět probíhat dle zákona v kategorii zakázkových zdrav. prostředků a nebude moci být položkou konsignačního skladu.

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že účastník nepodal žádost o vysvětlení zadávací dokumentace včas, a to alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, nebude zadavatel dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení poskytovat.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Ing. Tereza Oškrdalová, referent OPV, tel. 532 233 743, Oskrdalova.Tereza@fnbrno.cz