

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705  
Bankovní spojení: 71234621/0100  
**Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO**  
www.fnbrno.cz

### Dotaz:

Chtěla bych se zeptat na specifikaci celotělové vany, protože v zaslaných dokumentech se specifikace rozchází.

V dokumentu H.01-001 Technická zpráva – bod 4. Technické připomínky: Předmětem projektové dokumentace je vybavení místnosti vodoléčby č. 1.03 jednou celotělovou vanou pro perličkovou lázeň a podvodní masáž.....

V dokumentu H.01-S Soupis prací  
- celotělová vana s vířivkou

Z dokumentace není jasné jestli se požaduje vana s perličkou, vířivkou nebo podvodkou. Dále kdyby vana měla být na podvodní masáž tak objem vody 220l nesplňuje dobré podmínky pro kvalitní provedení podvodní masáže. Další body specifikace jako ukazatel hladiny vody s akustickou signalizací, indikátor vysoké teploty vody, ovládání pomocí dotykového displeje jsou spíše na zvážení. Standardně doporučujeme u van pneumatické ovládání, které je méně poruchové než u van s elektronikou.

### Odpověď:

Směrodatné je, aby bylo možné provádět podvodní masáž, perlička a vířivka jsou další funkce hydromasážní vany. Specifikace je pouze informativní, je určená pro jeden z možných typů zařízení.

Zadavatel požaduje dodržení hlavních parametrů a to jsou:

užitný objem vany 220 litrů  
počet trysek perličky 122 až 144  
vícezónový systém terapie  
povrch vany z kvalitního akrylátu pro snadné čištění  
rychlá volba pro často používané terapie  
délka vany cca 2300 mm, šířka vany cca 900 mm

Doplňující body specifikace nejsou vyžadovány.