

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

V zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Modernizace přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno“ je v technické specifikaci pro infúzní techniku uvedeno, že zadavatel pro lineární dávkovače požaduje rychlost dávkování nastavitelnou v rozsahu min. 0,1 – 1200 ml/hod.

Tento technický požadavek není klinicky odůvodnitelný. U 95% všech aplikací léků pomocí dávkovače nepřesahuje rychlost 35 ml/hod a jen velice vzácně překračuje rychlost 100 ml/hod.

(Při požadované rychlosti 1200 ml/hod by došlo k vyprázdnění 50 ml stříkačky za 2 min. a 30 s). Takto vysoké rychlosti se požadují pro podávání menších objemů (řádově do 10 ml) tzv. bolusem.

Dotaz: Vzhledem na možné omezení počtu uchazečů v této veřejné soutěži vznášíme dotaz, zda zadavatel akceptuje standardní rychlost infúze do 999,9 ml/hod a rychlost bolusu až 1800 ml/hod?

Odpověď:

Ano, budeme akceptovat rychlost dávkování do 999 ml/hod (rychlost bolusu v zadání není numericky stanovena).