

## **Odpověď na dotazy dodavatele**

### ***Dotaz:***

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce: lze prokázat základní kvalifikační předpoklady a profesní kvalifikační předpoklady výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů?

### ***Odpověď:***

Ano, základní a profesní kvalifikační předpoklady lze prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

### ***Dotaz:***

Bod III. Technické podmínky, část č. 16 – Operační mikroskop s ICG (Indocyanine green) angiografií:

- má být součástí nabídky pouze asistence 180° od operátéra (face to face) nebo i v pozici do boku?

### ***Odpověď:***

Zadavatel požaduje i pozici do boku.

### ***Dotaz:***

Bod III. Technické podmínky, část č. 16 – Operační mikroskop s ICG (Indocyanine green) angiografií:

- má být součástí nabídky nožní ovladač s programovatelnými spínači? V případě, že ano, má být bezdrátový nebo připojený kabelem?

### ***Odpověď:***

Nožní ovladač není zadavatelem požadován.