

Naše zn.: 2019/68590/FNBRNO - 14.7.2 – DrKr/Ha  
Vaše zn.: -

V Brně dne 6. 5. 2019

## **Veřejná zakázka – Ortopedické implantáty II.**

Vážení,

zadavatel obdržel dne 30. 4. 2019 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Ortopedické implantáty II., ke kterému sděluje následující:

### **Dotaz:**

Požadujete jamku polyeth. s titanovým povrchem. Touto jamkou disponuje pouze jedna firma a pokud váš požadavek je, že se uchazeč musí účastnit do celé části, potom je mu znemožněno toto splnit. Z uvedeného konkrétního "diskriminačního" požadavku. Mělo by být uvedeno variantní řešení.

### **Odpověď:**

Zadavatel požaduje tento typ implantátu vzhledem k dlouhodobé vlastní dobré zkušenosti. Implantát v sobě kombinuje vlastnosti necementované jamky, jednoduché implantace a nízké ceny ve srovnání s tradiční skládanou necementovanou jamkou.

Jedná se o variantu cílenou na pacienty s kvalitní kostní strukturou ve skupině starších pacientů.

Na základě této odpovědi nebude změněna zadávací dokumentace ani nedojde k prodloužení lhůty pro podávání nabídek.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA  
ředitel FN Brno