

Naše zn.: 2019/65965/FNBRNO-14.7.2 – DrK/Os
Vaše zn.: -

V Brně dne 6. 5. 2019

Veřejná zakázka – Spotřební materiál pro ASK pro Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie

Vážený, zadavatel obdržel dne 26. 4. 2019 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Spotřební materiál pro ASK pro Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, ke kterému sděluje následující:

Dotaz k části č. 4:

Bude zadavatel akceptovat dodání jednorázového all-inside implantátu s ergonomickou rukojetí se dvěma skluznými kotvami a samodotahovacím stehem na jednu operaci? Jedním implantátem lze zavést 2 skluzné kotvy se samodotahovacím stehem.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že výše uvedené bude akceptovat.

Dotaz ke všem částem:

Zadavatel požaduje do nabídky u všech částí zahrnout elektrokoagulační sondu, která vyžaduje pro svůj provoz specifickou řídicí jednotku (od stejného výrobce jako sonda), která však v zadávací dokumentaci není zmíněna. Předpokládá tedy zadavatel uzavření zápůjční smlouvy na potřebnou řídicí elektrokoagulační jednotku s vítězem konkrétní části VZ?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že byla upravena zadávací dokumentace a došlo k odstranění požadavku na sondy a frézy, viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k 6. 5. 2019.

Dotaz k částem 1,2 a 3:

Zadavatel požaduje do nabídky u částí 1, 2 a 3 zahrnout frézu k shaveru, která vyžaduje pro svůj provoz specifickou řídicí jednotku (od stejného výrobce jako fréza), která však v zadávací dokumentaci není zmíněna. Předpokládá tedy zadavatel uzavření zápůjční smlouvy na potřebnou řídicí jednotku shaveru s vítězem konkrétní části VZ?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že byla upravena zadávací dokumentace a došlo k odstranění požadavku na sondy a frézy, viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k 6. 5. 2019.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Ing. Tereza Oškrdalová, referent OPV, tel. 532 233 743, Oskrdalova.Tereza@fnbrno.cz