

Naše zn.: 2019/ 72128 /FNBRNO -14.7.2 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 13. 5. 2019

Veřejná zakázka Spinální implantáty pro KÚCH, ORTK a NCHK II

Vážení,

zadavatel obdržel dne 7. 5. 2019 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci pro část 1 je: k systému musí být zároveň nabídnut sublaminární implantát k translační korekci obratlů; Prosím o vysvětlení co je: sublaminární implantát k translační korekci obratlů.

Odpověď:

Výraz sublaminární implantát k translační korekci obratlů je standardní odborný výraz, který je používán standardně odbornou veřejností zabývající se spondylochirurgií. Tento typ implantátu je jedním ze základních 3 používaných stabilizačních a korekčních prvků a umožňuje přitažení obratlu k tyči translační metodou.

Dotaz č. 2:

V technické specifikaci pro část 8 je: veškeré komponenty systému, s výjimkou RTG značek, musí být z RTG průhledného materiálu; Je to materiál, který nemá být na rentgenu vidět?

Odpověď:

Ano.

Dotaz č. 3:

V technické specifikaci pro část 14 je: nabízená sada musí obsahovat šrouby do C0 minimálně ve 2 průměrech v rozmezí 4.5 až 5.5 mm a v minimálně v délkách 6, 7 až 15 mm; Můžeme nabídnout 2 průměry: 4mm a 4,5 mm?

Odpověď:

Ne, nevyhovuje našim potřebám operačního využití.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno