

Naše zn.: 2019/ 72842 /FNBRNO -14.7.2 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 14. 5. 2019

Veřejná zakázka Spinální implantáty pro KÚCH, ORTK a NCHK II

Vážení,

zadavatel obdržel dne 10. 5. 2019 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí v bodě IV. ZD Technické podmínky Technickou specifikaci pro jednotlivé části zakázky. Pro **část 39** požaduje sadu implantátů dvou různých výšek v rozmezí minimálně 5-7 mm.

Bude zadavatel akceptovat výšku implantátu v rozmezí **6-7 mm**, přičemž uchazečem nabízený implantát je **axiální** a jeho výška poklesne na **5,5 mm**?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje u axiálního implantátu základní výšky 6 a 7 mm vzhledem k jeho vlastnostem a možnosti poklesu jeho výšky po implantaci.

Dotaz č. 2:

Zadavatel tamtéž požaduje pro **část 51** umělou kostní náhradu v objemu 1, 2 a 5cc ve formě granulí a požaduje další dvě formy (pasta, tmel, putty...).

Bude zadavatel akceptovat objem 1cc, **2,5cc** a 5cc a to pouze ve dvou formách - ve formě **granulí, které jsou zároveň antibakteriální**, a ve formě **putty**, neboť se uchazeč domnívá, že putty a pasta je totéž.

Odpověď:

Zadavatel akceptuje i objem 2,5CC i dvě formy - granule a pasta.

Na základě shora uvedených odpovědí zadavatel prodlouží lhůtu pro předložení nabídek o celou původní dobu, tj. **do 14. června 2019 do 9.00 hod.**

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno