

### **Odpověď na dotazy dodavatele**

***Dotaz:***

Zadavatel požaduje rozsah nastavení parametru PEEP 0 - 25 cm H<sub>2</sub>O.

Akceptuje zadavatel přístroj s rozsahem plynulé regulace PEEP 0 - 20 cm H<sub>2</sub>O. Tento rozdíl je klinicky nevýznamný a nijak neovlivní medicínský účel ani rozsah použití přístroje.

***Odpověď:***

Ano, zadavatel akceptuje rozsah nastavení parametru PEEP 0 – 20 cm H<sub>2</sub>O.