

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

V zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky je v technických podmínkách, **část č. 3 – Plicní ventilátory, odst. c), ventilátor pro Neurologickou kliniku**, požadavek zadavatele na displej s dotykovým ovládáním.

Umožní zadavatel nabídnout přístroj s displejem zobrazujícím všechny požadované parametry, jehož ovládání je systémem „**Vyber – nastav – Potvrd**“ pomocí čtyř tlačítek, což představuje klinicky nevýznamný rozdíl od arbitrárního zadání, který nepředstavuje relevantní odchylku od medicínského účelu přístroje?

Odpověď:

Ne, z důvodu podstatně vyššího uživatelského komfortu zadavatel trvá na požadavku na displej s dotykovým ovládáním.

Dotaz:

V zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky je v technických podmínkách, **část č. 4 – Monitory vitálních funkcí** uveden požadavek zadavatele na základní vybavení – 12 svodů EKG, přičemž v odstavci – měření a zobrazení, je požadavek – EKG křivka, možnost použití 3 nebo 5 svodových kabelů.

Požaduje zadavatel EKG 3 – 5 nebo 12 svodové EKG?

Odpověď:

Zadavatel požaduje 12 svodové EKG (monitor vitálních funkcí musí umět zobrazit 12 svodové EKG), v rámci dodávky vyhoví jako příslušenství 3 nebo 5 svodový kabel EKG.