

Naše zn.: 2019/ 75525 /FNBRNO -14.7.2 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 20. 5. 2019

Veřejná zakázka In vitro diagnostika 2019

Vážení,

zadavatel obdržel dne 17. 5. 2019 dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

V zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „*In vitro diagnostika 2019*“ zadávané v otevřeném řízení (dále jen „**zadávací dokumentace**“) vyhlášené zadavatelem – Fakultní nemocnice Brno, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 652 697 05, zastoupená MUDr. Romanem Krausem, MBA (dále jen „**zadavatel**“) v oddílu IV (Technické podmínky), části č. 1, str. 7 zadávací dokumentace je uvedeno, že „*zadavatel upřednostňuje reagenční soupravy/kazety s vyloučením nutnosti otvírání šroubovacích víček či výměny víček před vložením do analyzátoru (...)*“. Zadavatel v odpovědi na dodatečné dotazy uvedl z jakého důvodu požaduje danou vlastnost reagenčních souprav/kazet.

Prosíme o potvrzení, zda chápeme správně, že toto kritérium bude naplněno zcela (plných 20% hodnocení druhu/vhodnosti reagenčních souprav) za podmínky, že před vložením reagenční soupravy/kazety do analyzátoru nebude muset obsluha žádným způsobem manipulovat či jakkoliv nakládat s víčkem reagenční soupravy/kazety, např. jej nebude muset otevírat, šroubovat či se ho jinak dotýkat.

Odpověď:

Ano, tazatel chápe správně, že toto kritérium bude naplněno zcela (plných 20% hodnocení druhu/vhodnosti reagenčních souprav) za podmínky, že před vložením reagenční soupravy/kazety do analyzátoru nebude muset obsluha žádným způsobem manipulovat či jakkoliv nakládat s víčkem reagenční soupravy/kazety, např. jej nebude muset otevírat, šroubovat či se ho jinak dotýkat.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno