

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO
www.fnbrno.cz

V Brně dne 2. 7. 2013

Veřejná zakázka – Modernizace přístrojového vybavení cerebrovaskulárního centra FN Brno

Vážení,

zadavatel obdržel dne 26. 6. 2013 dotazy týkající se veřejné zakázky „Modernizace přístrojového vybavení cerebrovaskulárního centra FN Brno“, ke kterým sděluje následující:

Dotaz:

Zadavatel požaduje u přístrojů v části 3, v bodě c) „neinvazivní ventilace ve všech ventilačních režimech“.

Uchazeč se na základě obecného medicínálního účelu transportního ventilátoru domnívá, že požadavek neinvazivní ventilace ve všech režimech definuje ventilaci jak v režimu řízené, tak v režimu podporované ventilace. Je tento předpoklad správný?

Odpověď:

Ano, tento předpoklad je správný.

Dotaz:

Zadavatel požaduje v části 3, v bodě c) u ventilátoru pro Neurologickou kliniku „ovládání dotykovou obrazovkou“.

Akceptuje zadavatel přístroj bez dotykového displeje ovládaný dotykovými - membránovými tlačítky (každá funkcionality zastoupená tlačítkem). Tento koncept je založen na jednoduchém a přímočarém ovládání eliminující možné chyby nastavení ve stresových situacích s úmyslem odstranit složitý systém víceúrovňových nabídek dotykového ovládání. Toto provedení nijak neovlivňuje medicínský účel ani rozsah použití požadovaného přístroje.

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na dotykovém displeji.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Petra Radoušová, právník OPV, tel.: 532 233 743, petra.radousova@fnbrno.cz